

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem İnsüflatör Cihazı Isıtmalı Ara Hortum Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNSÜFLATÖR CİHAZI ISITMALI ARA HORTUM	4	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.05.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

150  
2400 33729

## ISITMALI İNSUFLATOR HORTUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Silikon yapıda olmalıdır.
- 2- Otoklava, etilen oksite ile sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 3- Sterilizasyon ömrünü gösteren ürün üzerinde koparılabılır şeritler bulunmalıdır.
- 4- Uç kısımları her marka trokara uyumlu olmalıdır.
- 5- Vücut sıcaklığında (37°C) gazı ısıtarak verecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 6- İnsüflator hortumu herhangi bir alet gerekmeden cihaza kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
- 7- Hastanede ki Stryker marka Pneumo sure model cihaz ile uyumlu olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Yusuf Can GÜLNERMAN  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 95043

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Serkan ÖZMETE  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 108590

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Reyzi KURU  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 87765

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Mehmet ÖZMEZ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 81551