

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Biliyer Stent Metal Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİLİYER STENT METAL 10X10MM	5	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.05.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## KAPLI TTS BİLİYER NİTİNOL STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent materyali şekil alabilen nitinol tel, self expandable ve olmalıdır.
2. Stentler kaplı, olarak teslim edilmelidir.
3. Kaplı ve ortası kaplı stentler silikon kaplı olmalı ve kaplı stentin iç yüzeyine uygulanmış olmalı bu sayede migrasyon riski azaltılmış olmalıdır.
4. Kaplı stentler bekleme koşullarında yapışma yapmaması için özel bir madde ile sıvanmış olmalı bu sayede taşıma sisteminden çıktığında yapışık çıkmamalıdır.
5. Stent taşıma sistemi ve kateterin uc kısmı fleksible olmalıdır.
6. Stent taşıma sistemi 0,035" ve 0,038" guide wire' ın taşıyabileceği nitelikte olmalıdır.
7. **Stentler örülüş biçimi sayesinde vücut ile yüksek biyolojik uyumluluk göstermeli, koledokta aldığı şekli korumalı ve vücut ısısına göre genişleyebilmelidir.**
8. **Stent, tek telden ve ağ şeklinde örülmüş olmalıdır.**
9. **Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.**
10. **Kapsız Stentler verilen şekli korumalı bu özelliği sayesinde uc kısımlarıyla koledok kanalına baskı yapmamalıdır.**
11. Stent taşıyıcı sistemi üzerinde kılma payını gösterir radyopak işaretleyici olmalıdır ve minimum kılma oranı göstermelidir.
12. Taşıyıcı sistem üzerinde stent, iki marker arasında yüklü olmalıdır.
13. Taşıyıcı sistem boylu boyunca gerekli flexibilitayı sağlaması ve kink (kırılma ) yapmaması açısından braided ( tel örgü) ile kaplanmış olmalıdır.
14. Stent üzerinde gold radyopak işaretleyiciler distal uçta, merkezde proksimal uçta olmak üzere en az 9 adet olmalıdır.
15. Stent 8-10 mm çapında, stent uzunluğu 4-5-6-7-8-9-10 ve 12 cm uzunluğunda olmalıdır, istenilen çap ve uzunluğu sağlayabilmelidir..
16. Stent Taşıyıcı kateter uzunluğu en az 180 cm kalınlığı 8 Fr olmalıdır.
17. **Radyal gücü yeterince kuvvetli olmalıdır.**
18. Stent en az  $\frac{3}{4}$  açıldıktan sonra tekrar kapatılabilmelidir ve tekrar yerleştirilebilmelidir.
19. Steril paket halinde olmalıdır, paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihleri yazılı olmalıdır.

**Doç. Dr. Bahri ABAYLI**  
Seyhan Devlet Hastanesi  
Dip. Tes. No. 83859  
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı