

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Deri Prick Lanseti Ve Spirometre Bakteri Filtresi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DERİ PRİCK TESTİ LANSETİ	25000	Adet		
2	SPIROMETRE BAKTERİ FİLTRESİ	20000	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.05.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

PRİCK TESTİ LANSET

1. Teklif edilen lanset sadece prick testi için tasarlanmış olmalıdır.
 2. Lanset tek iğneli olmalıdır.
 3. Cilde nüfuz derinliğini garanti etmek üzere iğne uzunluğu 1 mm-1.30mm arasında olmalıdır.
 4. Kesici yüzeyi antialerjik ve cilde en az zarar verecek malzemedan yapılmış olmalıdır.
 5. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 6. 10 alerjen çalışılacağından 5'li veya 10'lu paketler halinde teslim edilmelidir.
- Üretim tarihi, son kullanım tarihi, üretici firına adı, lot numarası ve CE amblemi her bir paket ambalajın üzerinde yazılı olmalıdır

Fahriye Demir

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ferhat ÇETİNKAYA
Dip. Tes. No: 119903
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

SPIROMETRİ BAKTERİ FİLTRESİ

- 1.SFT Filtresi, test yapılırken hem expirasyon hem de inspirasyon sırasında % 0,70'den fazla direnç göstermemelidir.
- 2.Pulmoner bakteri tutucu ünite, tek parçadan oluşmalı, ağızlık, bakteri filtresi ve dış mekanizma tamamen pvc tabanlı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 3.SFT Filtresinde ölü boşluk 75 ml'den küçük ve hasta ağzına gelen kısım oval (elips) olmalıdır. Ağız profiline uygun olması test esnasında yanlış ölçümleri engellemesi gerekmektedir.
- 4.SFT Filtresi, her testten sonra dış kabı ve iç filtresi ile birlikte komple değiştirilebilmelidir.
- 5.SFT Filtresi bakteriyel ve viral filtre olmalıdır.
- 6.Bakteri Filtrasyon etkinliği (BFE: Bacterial Filtration Efficiency) >% 99,99 olmalıdır.
- 7.Viral Filtrasyon etkinliği (VFE: Viral Filtration Efficiency) >% 99,99 olmalıdır.
- 8.Her bir filtre, orijinal ambalajında olmalıdır.
- 9.Filtre, solunum akımından basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır.
- 10.İstenilen filtrenin ağızlık kısmı, ölçüm esnasında hastanın dudaklarının kaymaması için gerekli teknik dizayna sahip olmalıdır.
- 11.Sağlık tesislerinde bulunanMIR, ZAN, MIR SPİROBANK 11 VE DOTOSPIR marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

Fahriye Demir
Uzm. Dr. Ferhat CETINKAYA
Dip. Tes. No : 119903
Göğüs Hastalıkları Uzmanı