

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Sterilizasyon Rulosu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ	50	Adet		
2	STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ	58	Adet		
3	STERİLİZASYON RULOSU 35CMX200M DÜZ	20	Adet		
4	STERİLİZASYON RULOSU 40CMX200M DÜZ	20	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.05.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## STERİLİZASYON RULOSU

1. Bütün baskılar, ürüne pigment migrasyonu riskini engellemek için paketlenme alanı dışına kenar kaynak içlerine yer alacaktır.
2. Ürünlerin tümünde; ürün kodu, lot numarası, rula boyu, açılış yönü kağıt yüzeyinde kaynak alanlarında kalacak şekilde baskılı olarak bulunması gerekmektedir.
3. Renkli şeffaf, çok katlı co-polimer film ile ambalaj içindeki ürün kolaylıkla görülebilir olmalıdır.
4. Açılırken yırtılma riskini elimine eden extra katmanla güçlendirilmiş film olup en az 3 kattan oluşturulmalıdır.
5. Üstün bariyer özellikte 70 +/- 10 gr. medikal saf beyaz kraft kağıt kullanılmalı kağıdın yapısında hiçbir şekilde renk tonu bulunmamalıdır.
6. Bütün kapatma makineleri ile kolaylıkla yapıştırılabilmelidir.
7. Düz rulolar 200 mt(+/- 5mt) körüklü rulolar 10 mt(+/- 2mt) olmalıdır.
8. Non-tonic, kesin proses indikatörler su bazlı olup EN 867-2'ye uygun olmalıdır.
9. Talep edilir ise dormaldehyde (fo) ve hydrogenperoxide (plasma) indikaötrü de uygulanabilmelidir.
10. Güçlü 3 kademeli kenar kaynak ve renk değiştiren görünür yapıştırma kanalları bulunmalıdır.
11. Temiz açılmalı, kağıttan partikül koparmamalıdır. Açılır yönü ürünün üzerinde belirtilmelidir.
12. Kullanılan tüm malzemeler Uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
13. Tüm ürünler EN 868-5 standartlarına uygun olmalıdır.
14. Tüm baskılarda kullanılan boyalar su bazlı olmalıdır.
15. Üst folyoları tamamen solvertsiz üretilen teknolojiyle üretilmiş olmalıdır.
16. Ürünler solventmigrasyonuna neden olmayacak şekilde üretilmiş olacak ve de ürünlerde solvent içermeyen üretim teknolojisi ile üretilmiş ibaresi taşınmalıdır.
17. Ürünlerin raf ömrü saklama koşulları sağlandığı takdirde minimum 2 yıl olmalıdır son kullanma tarihine 3 ay kala firma yeni miyadlı ürünlerle değişim yapmalıdır. Normal oda koşullarında saklanacaktır. (%35-60 nem, 15-30°C sıcaklık)
18. Numune denenerek karar verilecektir.

  
Emine SÜTCÜ  
Mersire