

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Emg Elektrodu Bar Ve Emg Elektrodu Topraklama Madalyon Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EMG ELEKTRODU BAR - KAYIT	5	Adet		
2	EMG ELEKTRODU TOPRAKLAMA MADALYON - PLAKA	5	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.06.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

Bar Kayıt Elektrodu Teknik Şartnamesi, Yetişkin

- 1) 2 adet 20x7 mm ebatlarında kayıt için keçesi bulunmalıdır.
- 2) İki keçe arasında 40mm mesafe olmalıdır.
- 3) Keçelerin temas yerleri saf gümüşten imal edilmiş olmalıdır.
- 4) 1 metre kablosu olmalıdır ve kolay kırılmamalıdır.
- 5) 5 pin DIN konnektör olmalıdır.
- 6) 4 adet yedek keçe verilmelidir.
- 7) Sabitleme için elektrot üzerinde köprüsü olmalıdır.
- 8) Medelec marka Synergy model EMG cihazının orjinal ürünü olmalıdır.
- 9) Teklif veren firmalar yetkili olduğunu gösteren belge vermelidir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mihriban ÖZCAN
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 95162

Madalyon Toprak Elektrod Teknik Şartnamesi

- 1) Madalyon şeklinde olmalıdır.
- 2) Çapı en az 30mm olmalıdır.
- 3) Kablo uzunluğu en az 1.25m olmalıdır.
- 4) Tamamen çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 5) Cırt bantın sıyrılmaması için bir çengeli olmalıdır.
- 6) Medelec marka Synergy model EMG cihazının orjinal ürünü olmalıdır.
- 7) Teklif veren firmalar yetkili olduğunu gösteren belge vermelidir.

SEYHAN DEVLET HASTAHANESİ
Uz. Dr. Mihriban ÖZCAN
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 95162