

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Cpap Seti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CPAP SETİ	100	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.06.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

BASINÇ OSİLASYONLU CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Basınç osilasyonlu cpap seti : basınç manifoldu , cpap jeneratörü , devre ve chamberdan oluşmalıdır.
- 2- Basınç manifoldu sistemde oluşabilecek basınç dalgalanmalarına karşı bebeği korumak için 14 CMH2O basıncın üzerindeki basınçları bebeğe gitmeden kendi üzerinden tahliye edebilecek sisteme sahip olmalıdır.
- 3- Basınç manifoldunun bir ucu chamberin üzerine diğer ucu oksijen ara hortumuna takılabilecek yapıda olmalıdır.
- 4- Basınç manifoldunun üzerinde istenildiğinde oksijen sensörünün takılabileceği ve hastaya giden oksijen miktarının görülebileceği bölümü olmalıdır.
- 5- Cpap jeneratörü üzerinde hastaya uygulanacak basıncın ayarlanacağı basınç ayar çubuğu bulunmalıdır. Basınç ayar çubuğunda numaralar bulunmalıdır ve bu şekilde basınç ayarı yapılabilmelidir.
- 6- Cpap jeneratörü aynı zamanda basınç titreşimleri oluşturabilmeli bu titreşimler sayesinde bebeğin akciğerlerinde oluşan titreşimlerle solunum yükünü azaltarak gaz değişimine yardımcı olabilmelidir.
- 7- Cpap setinin devresi cpap jeneratörünün ürettiği basınç osilasyonunu hastaya iletebilecek yapıda olmalıdır.
- 8- Cpap set devresi inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özelliği sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
- 9- Cpap setinin içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Chamber daki şamandıralar farklı renkte olmalıdır ve hasta güvenliği açısından biri arızalandığında diğeri otomatikman devreye girmelidir.
- 10- Ürünlerle birlikte ilk teslimatta 7 adet buble cpap cihazını ürün kullanım karşılığında 1 yıllık süre ile istemi yapan birime mülkiyeti ihaleyi alan firmada olmak kaydıyla kullanım için teslim edecektir.
- 11- Her set için sete uyumlu mekanizması olan steril 1000 ml distile su verilmelidir.

Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi
Uz.Dr.Selvi GÜLSESİ
Neonatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:101260

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
DİP. TES. NO: 101260