

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTESARLIĞI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Tekerlekli Sandalye Tekerleği Ve Çatlı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEKERLEKLİ SANDALYE ÖN TEKERLEĞİ	120	Adet		
2	TEKERLEKLİ SANDALYE ÖN TEKERLEK ÇATALI	60	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.07.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

150-13-02.01-240012364
240012471

TEKERLEKLİ SANDALYE ÖN TEKER VE MAŞASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 125X30(+2) EBEDİNDA GÖBEK MİL YERİ 8 MM GÖBEK ARASI MAX 35 MM OLMALI.
- 2-TSE -CE BELGELİ OLMALI.
- 3-ELİMİZDEKİ TEKERLEKLİ SANDALYENİN MAŞASINA GİRMELİ ÇALIŞMALI.
- 4-GÖBEK KISMI RULMANLI OLMALI YADA METAL BURÇLU OLMALI.
- 5-HASTNEMİZDE KULLANILAN KROM TEKERLEKLİ SANDALYELERE UYGUN MAŞA VE TEKER OLMALI.
- 6-MAŞALARIN İÇİNDE BİLYALARI VE TEKERLEKLİ SANDALYEYE VE TEKERE BAĞLANTI CİVATASIDA BERABER VERİLMELİR.
- 7-HASTANEMİZDEKİ KROM TEKERLEKLİ SANDALYELERE BAKILIP NUMUNEYE GÖRE OLMALIDIR.
- 8-TEKER BAĞLANTI VİDASI M8 HAVŞA BAŞLI ALYANLI VE 55 MM (+5MM) TAM BOY OLMALI.
- 9-MAŞA BAĞLANTI VİDASI M 12 YUVALAK BAŞLI ALYANLI 62 MM (+3MM) TAM BOY OLMALI


OZAN ECEVİT
Mak. Tekn.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAC
Baş Teknisyen