

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Alçı Altı Pamuğu Ve Sargi Bezi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ali GÜLŞEN
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|--|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | ALÇI ALTI PAMUK 10 CM X 1,5 M | 1500 | Adet | | |
| 2 | ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 1,5 M | 2000 | Adet | | |
| 3 | SARGI BEZİ 15 CM X 100 M (18 / 20 TEL) | 1000 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:15.07.2019

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SARGI BEZİ (RULO) 5 Cm X 100 Mt -10 CM X 100 MT13-314-315.KISIMLAR - 15 CM X 100 MT

1.İmal edilen Hidrofil Sargı Bezi tek kat üzerinden sayıldığında $1cm^2$ ve 20 tel olmalı (Toplam atkı+çözgü sayısı 20 olmalı) %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. 2.Hidrofil Sargı Bezinin kenarları örgülü olmalıdır ve ürünün emiciliği 10sn-15sn olmalıdır. 3.Hidrofil Sargı Bezinin ipliği ince olmayıp hiçbir boya maddesi içermemeli beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır. 4.Hidrofil Sargı Bezinin üretimi esnasında Naylon, Polyester, Kesik Elyaf ve Pamuk-Polyester karışımı olmamalıdır. 5.Hidrofil Sargı Bezleri tek tek opp plastik ambalajlarda ve Teknik Şartnamede belirtilen ölçülerde olmalıdır. 6.Hidrofil Sargı Bezinin dış ambalajı üzerinde ürünün tipi, ebadı, üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Yazılı olan bilgiler silinmez yazılım sistemi ile yazılmalıdır.

ERZURUM DEVLET HASTANESİ
Uz.Dr.Erver AYDIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tez.No:71893

AKIF YALMAN
Alçı Odası Sorumlusu

ALÇI ALTI PAMUĐU ((10 cm- 150cm)—(15cm-150cm)) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Medikal sentetik elyaftan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Pamuklu ped gibi su emmemelidir.
- 3-Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir.
- 4-Kolayca kopabilme özelliđi olmalıdır.
- 5-Hipoallerjik olmalıdır.
- 6-Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır.
- 7-Her bir alçı altı pamuđu genişliđine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.
- 8-X ışını geçirebilmeli röntgen çekile bilmelidir.
- 9-Rulo kağıt veya poşet ambalaj ile sarılmış olmalı, kolayca açılabilmelidir.

LEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Enver AYDIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 71998

AKİF YALMAN
Alçı Odası Sorumlusu