T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem 2 Kalem Ultrasonografi Probu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ULTRASONOGRAFİ PROBU DIŞ BÜKEY - CONVEX ABDOMEN PELVIS	4	Adet		
2	ULTRASONOGRAFİ PROBU DOĞRUSAL - LINEAR VASKÜLER	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.07.2019 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

PLT-704SBT MODEL LINEAR PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob TOSHIBA Marka Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problar kabul edilmeyecektir.
3. Prob, yumuşak doku, meme taramalarına uygun olmalıdır.
4. Prob en az 4.0-11.0 MHz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. Multifrekans özellikte ve doku harmonik görüntüleme özelliği olmayan problar kabul edilmeyecektir.
5. Prob B Mod'da 4.8/8.6/11.0 MHz'lerde, THI Mod'da 6.2/7.2/8.4 MHz'lerde çalışmalıdır. Merkezi frekansı 7.5 MHz olmalıdır.
6. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
7. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
8. İhaleye katılacak firmalar probun kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.
9. Teklif edilen Probun UBB kaydı, teklif veren firma tarafından yapılmış olacaktır. UBB kaydında görünen Barkod numarası bildirilecektir. UBB kaydında görünen Firma Tanımlayıcı Numarası, Teklif veren Firmaya ait olacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Asım SABANCIOĞULLARI
Dip. Tes. No: 101274
Radyoloji

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Nermin DAĞKIRAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 133892

PVT-375BT MODEL KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob TOSHIBA Marka Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problar kabul edilmeyecektir.
3. Prob, Abdomen taramalara uygun olmalıdır.
4. Prob en az 1.0-6.0 MHz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. Multifrekans özellikte ve doku harmonik görüntüleme özelliği olmayan problar kabul edilmeyecektir.
5. Prob B Mod'da 1.9/4.0/6.0 MHz'lerde, THI Mod'da 3.0/4.0/5.0/6.0 MHz'lerde çalışmalıdır. Merkezi frekansı 3.5 MHz olmalıdır.
6. Prob Aplio 500 cihazında kullanıldığında differantial doku harmonik görüntüleme modunda da çalışabilmelidir.
7. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
8. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
9. İhaleye katılacak firmalar probun kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.
10. Teklif edilen Probun UBB kaydı, teklif veren firma tarafından yapılmış olacaktır. UBB kaydında görünen Barkod numarası bildirilecektir. UBB kaydında görünen Firma Tanımlayıcı Numarası, Teklif veren Firmaya ait olacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Asım SABANCIOĞULLARI
Dip. Tes. No : 101274
Radyoloji

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Nermin DAĞKIRAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 133892