

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Endoskopik Emme Yıkama Seti Ve Bipolar Forseps Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPIK EMME YIKAMA SETİ TÜM BOYLAR (OR2990)	2	Adet		
2	BİPOLAR FORSEPS ÇİFT ÇENE HAREKETLİ AÇILI	4	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.08.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Emme ve Yıkama Kanülü:

1-Teklif edilen emme ve yıkama kanülü, lateral kanallı ve kılıfı distal açılı olmalıdır. Çapı 5 mm ve uzunluğu en az 33 cm olmalıdır.

2-Bununla birlikte 1 adet hortum verilmelidir.

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 14500
Uz. Dr. Kibar ÇELİK

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 121657
Uz. Dr. Tuba ZAR

Deniz BAŞEĞMEZ
EBE

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 13818
Uz. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL
Dip. Tes. No: 135403
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 33264
Uz. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL

ASLI GİRİDİR

➤ Çift Çene Hareketli Bipolar Kelly Grasping forseps

1. Bipolar forseps plastik elçek, metal izole dış şaft ve çeneli iç şafttan oluşmalıdır.
2. Reusable Kelly forseps 5mm şaft çapında olmalıdır.
3. Forseps üzerinde tek elle 360 derece dönmesini sağlayan plastik rotasyon halkası bulunmalıdır.
4. Forseps çenesi eğri açılanan ve çift çene hareketli olmalıdır.
5. İç çene uzunluğu en az 19mm olmalıdır.
6. Çene ve iç şaft birleşimi seramikle kaplı olmalıdır.
7. Şaft uzunluğu en az 36cm olmalıdır.
8. Elcek, dış ve iç şaft daha iyi sterilizasyon sağlayabilmesi için monte-demonte edilebilmelidir.
9. Bipolar Kelly forsepsin tüm aksamı otoklavlanabilmelidir.
10. Bipolar Kelly forseps elceğinin tamamı plastik olmalıdır.
11. Elcek üzerinde 45 derece açı ile konumlandırılmış, korunaklı bipolar pin konektörü olmalıdır.

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Kim. Dr. ÖZCAN GÖRGEN
Dip. Tes. No: 141500
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL
Dip. Tes. No: 135403
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Deniz BAŞGÖRMEZ
EBE

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL
Dip. Tes. No: 135403
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL
Dip. Tes. No: 135403
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa Kemal ÖZEL
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 33244

İŞLİ GİBİDİR