

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Holter Elektrodu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ  
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	U B B KODU	Sut Kodu	MALZEME ADI	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1			YETİŞKİN HOLTER ELEKTRODU YUVARLAK	2000	Adet		

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.08.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle. fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler geçersiz olacaktır.
- 9-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 11-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 12-Yüklenici vanılan ise ilişkin hakedis ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın baskalarına devir veya temlik

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( Holter Cihazı İçin)

1. Elektrot holter ve hareketli hastaların EKG çekimlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrotların ortasında kablo bağlantısını sağlayacak nokta Ag/ AgCl üzerine paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
3. Hava geçirgen olmalı, cilt nefes almalı ve yuvarlak olmalıdır. Hipoallerjenik olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
4. Elektrotların raf ömrü 18 ayın altında olmamalıdır.
5. Elektrotlar sıvı jelli olmalıdır. Elektrot çapı en az 50 mm olmalıdır. Hasta üzerinde uzun süreli ( en az 24 st) kalmaya uygun olmalıdır.
6. Terlemeye karşı bütünlüğü bozulmamalıdır. 25-45 derece ısıya dayanıklı olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve CE onayı bulunmalıdır.
8. Uluslar arası tanınmış ve güvenilirliği ispatlanmış bir firmanın ürünü olmalıdır.
9. Elektrotların yapışkanlı alanı, yumuşak ve ince olmalı ve vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.

**Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgili birim tarafından deneme yapılamadan onaylanmayacaktır.**

  
SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Ali Emrah KILIÇOĞLU  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No : 72374

01.08.2019

---