

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Ekg Jeli Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG JELİ 1000 ML	600	Litre		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.09.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ULTRASONOGRAFİ JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ultrasonografi ve doppler US incelemelerinde muayene edilecek yüzeyin üzerinde probun kayganlığını arttırarak inceleme kolaylığı sağlamalıdır.
2. Cilt ile prob arasında hava habbeciklerinin bulunmasını engelleyerek, ultrasonografi dalgalarının cihaz ekranına kesintisiz gelmesini sağlamalı, akışkanlığı, yüksek görüntü rezolüsyonu sağlayacak özellikte olmalıdır.
3. Geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermelidir.
4. Cilt üzerinde nem ve tuzla birleştiğinde sulanmayarak jel özelliğini uzun süre muhafaza etmelidir.
5. Viskozitesi yüksek olup, uygulama süresince özelliğini uzun süre kaybetmeden US tetkikine imkan vermelidir.
6. Ultrason proplarında kullanıma dair herhangi bir kalıntı, zarar oluşturmamalıdır. İçinde cihazlara zarar verebilecek madde bulunmamalıdır.
7. Ciltte ve propta leke bırakmamalı, kolay temizlenmelidir.
8. Suda çözülmelidir.
9. Hipoalerjenik olmalı, herhangi bir sensitiviteye yol açmamalıdır.
10. Toksik tesiri olmamalı, herhangi bir toksik madde içermemelidir.
11. Formaldehit ve tuz içermemelidir.
12. Yağ ve benzeri maddeler içermemelidir.
13. İletken olmalıdır.
14. Şeffaf, berrak ve kokusuz olmalıdır.
15. Üretim tarihi itibariyle 3 (üç) yıl özelliğini muhafaza etmelidir.
16. 1 litrelik kaplarda olmalıdır.
17. 2 (iki) adet 1 (bir) lt lik numune getirilmesi gerekmektedir.
18. Numunelerle yapılan ultrasonografi incelemeleri sırasında, probun kayganlığını arttırarak inceleme kolaylığı sağlamayan, cilt üzerinde nem ve tuzla birleştiğinde sulanarak jel özelliğini yitiren ve uygulama süresince özelliğini uzun süre kaybetmeden US tetkikine imkan vermeyen jeller değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. Kadice YILMAZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 149004

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. İker YAVUZER
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 99860