

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Süt Sağma Seti Disposable işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SÜT SAĞMA SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	300	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:13.09.2019 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## ANNE SÜTÜ SAĞMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeyi oluşturan tüm parçalar Polipropilen ve Silikondan İmal edilmiş olmalıdır.
2. Setin süt haznesi derecelendirilmiş olmalıdır.Derece kısımları kabartmalı ölçekli rakamlarla ölçüleri belirgin cama benzer yapıda olmalıdır. (En az 120ml kapasiteli olmalıdır.) Gerektiğinde opsiyonel olarak 10ml aralıklarla ölçülendirilmiş cama benzer 70-80ml süt hazneside verebilmelidir.Küçük süt haznesi örneği ihale numunesiyle beraber verilmedir.
3. Setler otoklavda en az 6 kez steril edilebilmelidir.
4. Süt sağım seti ana gövde,silikonlu, valf kapağı,süt toplama kabı,vidalı koruyucu saklama kapağı,ara bağlantı hortumu, çiftli hava konektöründen oluşmalıdır.
5. Set iki fonksiyonlu ; Set saklama kabı ,anne sütü sağma seti olarak kullanılabilir.
6. Set üzerinde soğuk damga CE işareti olmalıdır.
7. Setler steril olmalıdır.
8. Set hava konektörü istenirse aynı anda iki seti tek bir cihaz girişine takılacak konektörü olmalıdır.
9. Set içerisinde transfer kapağı olmalıdır. Bu transfer kapağı sayesinde el değmeden Hastanemizde kullanılmakta olan 5cc,10cc,20cc ve 50cc standart veya luer uçlu şırıngalarla kullanılabilir özelliği olmalıdır.
10. Tedarikçi firma tarafından 500 adet set karşılığında aşağıdaki teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet Klinik tipi süt sağım cihazı hastaneye teslim edecektir.Cihaz setlerle aynı marka olmalıdır.Cihazın marka ve modeli TITUBB veri kayıt sistemine kayıtlı olmalı, klinik veya hastane tipi olmalıdır. Firma bu belgeyi ihale dosyasında ibraz etmelidir.
11. Malzemeler 2 yıl miyatlı olacak malzemelerin miyatının dolmasına 3 ay kala firma tarafından malzemeler firma tarafından ücretsiz değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
12. Tedarikçi firma setlerle birlikte bir adet 8 li biberon ısıtıcı cihazınıda kullanım için hastaneye teslim edecektir.

## SETLE BİRLİKTE VERİLECEK SÜT SAĞIM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220v 50hz şebeke gerilimiyle çalışabilmelidir.
2. Cihaz son teknoloji ürünü sessiz kuru tip motorla çalışmalıdır.
3. Cihaz saat yönünde 30 – 80 devir/dk ayarı yapabilmelidir.
4. Cihaz üzerinde ayarlı vakum kontrolü bulunmalıdır.en az seviyesi 30 mmhg, en yüksek seviyesi 350 mmhg kademesiz vakum ayarı yapabilmelidir.
5. Cihaz aynı anda iki göğüsü sağabilecek vakum gücüne sahip olmalıdır.
6. Cihaz üzerinde süt sağma setini koyabilecek özel oluk aparatı olmalıdır.
7. Cihaz ağırlığı 4 kg geçmemelidir.
8. Servis içerisinde rahatça dolaştırılabilmesi için taşıma arabası olmalıdır.
9. Arızalı olan cihaz 48 (kırksekiz)saat içerisinde tamir edilmeli veya bir yenisiyle değiştirilmelidir.
10. Cihazın ubb kayıtlı ve sağlık bakanlığı onayı olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Eda ÖNAL  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No : 136341

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Mehmet Deniz ERHAN  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No : 136341