

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Isı Nem Ölçer Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ / TERMOHİGROMETRE	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:7.10.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## Fridge Tag -2 TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Cihaz, Soğuk Zincir'in ( +2°C ile +8°C arası) uzun süreli olarak kolay takip edilmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.-10°C ile +45°C arasında rahatlıkla çalışabilir ve aynı sıcaklık aralığındaki değerleri ölçebilmelidir.
- 3.Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutacak özellikte olmalıdır.
- 4.Cihaz, monitörü üzerinde saati ve anlık ısı ölçümünü gösterebilmelidir.
- 5.Fridge Tag-2 cihazı sıcaklık ölçümlerini geriye dönük 60 gün süre ile kayıt etme özelliklerine sahip olmalıdır.
- 6.Cihaz monitörü üzerinde son 30 gün içerisinde soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı, soğuk zincir kırıldıysa 8 dereceden yukarıda veya 2 dereceden aşağıda olduğu takip edilebilmelidir.
- 7.Cihaz ve ölçüm güvenliği için cihaz içi açılmaz olmalı piline kullanıcı müdahale edilememelidir.
- 8.Cihaz soğuk zincirin dışında 60 dakikadan uzun süre kaldığı takdirde ekranda 'ALARM' uyarısının, sürekli soğuk zincir ısı aralığında kaldığı takdirde ise, 'OK' uyarısının belirtilmesi özelliğine sahip olmalıdır.
- 9.Cihazın sıcaklık ölçme hassasiyeti  $\pm 0,5$  ° C olmalıdır.
- 10.Cihazın ısı ölçümü yaptığı zaman aralıklarını gösterirken yanılma payı  $\pm 1$  dakikadan uzun olmamalıdır.
- 11.Cihaz, istenildiğinde bir USB bağlantısı aracılığı ile bilgisayara bağlanarak son 60 günlük sıcaklık değerleri PDF formatında rapor olarak verebilmelidir.
- 12.Fridge Tag -2 cihazı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Performance Quality Safety (PQS) kataloğunda yer almalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Gizem Kübra KAR  
Hemşire

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Alim ÇÖKÜK  
İlk ve Acil Yardım Uzmanı  
Etil. Fes. No 77450