

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem 2 Kalem Biyopsi İğnesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ali GÜLŞEN
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 18G 15CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	60	Adet		
2	YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 16G 15CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	60	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.10.2019 11:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TRUCUT TEKNİK ŞARTNAMESİ (Karaciğer biyopsi iğnesi)

1. Trucut yarı otomatik kullanımlı olmalıdır.
2. Trucutun boyu 18 cm - 20 cm olmalıdır.
3. Trucut çapı 16 G olmalıdır.
4. Trucut ultasaund altında görüntülenmelidir.

NOT: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgililer tarafından deneme yapılacaktır. UBB kaydı bulunmalıdır. Kapsam dışı olanlar belgelendirilmelidir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
EYLÜL BİDAY
Sahipliği Hemsire

Doc. Dr. Bahri ARAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Dip. Teş. No: 839059
Gastroenteroloji ve Hepatoji Uzmanı

TRUCUT TEKNİK ŞARTNAMESİ (Karaciğer biyopsi iğnesi)

1. Trucut yarı otomatik kullanımlı olmalıdır.
2. Trucutun boyu 15 cm - 20 cm olmalıdır.
3. Trucut çapı 18 G olmalıdır.
4. Trucut ultasaund altında görüntülenmelidir.

NOT: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgililer tarafından deneme yapılacaktır. UBB kaydı bulunmalıdır. Kapsam dışı olanlar belgelendirilmelidir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Eylem BADAŞ
Sorumlu Hemşire

Doc. Dr. Bahri ABAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Dip. Teş. No: 83859
Gastroenteroloji ve Endoskopi Uzmanı