

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Parafin Ve Karbon Elektrod Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PARAFİN	100	Kilogram		
2	KARBON ELEKTROD SÜNGERİ	100	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.11.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

PARAFİN ŞARTNAMESİ

1. Parafin fizik tedavi uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Katı özellikte olmalıdır.
3. Parafinin ergime sıcaklığı 53 - 56°C olmalıdır.
4. Parafinle birlikte vazelin kullanımına gerek olmamalıdır.
5. Parafin 3 kg'lık kalıplar halinde olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mehmet YILDIZ
Fizyoterapist

KARBON / LASTİK ELEKTROT VE ELEKTROT SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrotlar yüksek derecede iletken özelliğe sahip olmalıdır.
- 2- Elektrotlar karbon özellikli olmalıdır.
- 3- Elektrotlar kliniğimizde kullanılan cihazların kablolarına uyumlu olmalıdır.
- 4- Elektrotlara uyumlu sponge sünger olmalıdır.
- 5- Elektrodun üzerinde elektrot kablo girişi olmalıdır.
- 6- Spongelar fizik tedavi amaçlı üretilmiş orijinal olmalıdır.
- 7- Spongeların üç kenarı dikişli olmalı ve dikişsiz olan yerden elektrot girişi olmalıdır.

Aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.

6x8cm sponge

6x8cm karbon elektrot

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mehmet YILDIZ
Fizyoterapist