

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Alın-Kafa Lambası Led işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Ali Gülşen
Müdür

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OPERASYONEL AYDINLATMA, ALIN - KAFA LAMBASI LED	10	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:07.11.2019 12:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

10.05.2019 A37

20

KABLOSUZ ALIN IŞIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alın ışığı kafayı üstten ve yandan kavrayan bir baş bandına monte edilmiş ve ışığın çapını ayarlamaya yarayan optik sistemlerden oluşmalıdır.
2. Yüksek kalitede beyaz ışık ve düşük seviyede ısı veren led sistemine sahip olmalıdır.
3. Led'lerin renk ısısı 6000K olmalıdır.
4. Led'lerin çalışma süresi yaklaşık 50.000 saat olmalıdır.
5. Işık gücü 5W olmalıdır.
6. Cihazın ışık çapı en az 11 mm – 130 mm arasında kolay bir şekilde ayarlanabilmelidir.
7. Cihazın üzerinde ışık çapı ayarını yapan bir düğme bulunmalıdır. Işık çapı değiştirildiğinde kenarlar tam ve keskin olmalıdır.
8. Cihazı kablosuz çalışmayı sağlayan iki adet batarya mevcut olmalıdır. Bataryalar entegre ve sökülebilir yapıda olmalıdır. Işık açma kapama batarya üzerindeki düğme ile yapılabilmelidir.
9. Batarya lityum-polimer veya lityum-iyonik tipte olmalıdır.
10. Batarya 5 saatlik şarj sonrasında en az 4 saat kullanım imkanı sağlamalıdır.
11. Maksimum parlaklık için gelişmiş lensi olmalıdır. Parlaklık seviyesi yeterli olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.
12. Cihazın 2 yıl garantisi olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. G. GÜNGÖR
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 72416

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. F. Ç. ÇELİK
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 55239

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. S. S. S. S. S.
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 71166

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Üz. Dr. F. F. F. F. F.
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 25554