

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem İşitme Tarama Cihazı Prob İstemi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Şuie CEREN
Tıbbi Sek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTO AKUSTİK EMİSYON - TEOAE PROBU YENİDOĞAN	2	Adet		
2	OTO AKUSTİK EMİSYON - ABR ELEKTROT KABLOSU YENİDOĞAN	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.11.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA CİHAZI TEOAE PROBU ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan Madsen marka AccuScreen model Yenidoğan işitme tarama cihazının orijinal TEOAE probu olmalıdır.
2. Hastanemizde kullanılmakta olan mevcut probun aynısı olmalıdır.
3. Prob cihaz üzerinde test edilip uygun görüldükten sonra mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
4. Prob alımı yapılan cihaz ücretsiz yıllık kalibrasyonu yapılacaktır.
5. Prob üretici hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA CİHAZI ABR ELEKTROT KABLOSU ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan Madsen marka AccuScreen model Yenidoğan işitme tarama cihazının orijinal ABR elektrot kablosu olmalıdır.
2. Hastanemizde kullanılmakta olan mevcut kablonun aynısı olmalıdır.
3. Kablo cihaz üzerinde test edilip uygun görüldükten sonra mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
4. Prob alımı yapılan cihaz ücretsiz yıllık kalibrasyonu yapılacaktır.
5. Prob üretici hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Güray DOĞDU
Elektrik Teknikeri

