

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi


Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Vakumlu Yara Drenaj Sistemi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Şule CEREN
Sağlık Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ



| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|---|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 12-14F | 600 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.11.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
 - 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

HEMOVAC (DRENLİ TEKLİ)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set toplama kabı olan körük, trokarlı dren, bağlantı hortumu olmak üzere 3 ayrı parçadan oluşmalıdır.
2. Setin körüğü polietilen, bağlantı hortumu pvc'den dreni, en az 40 cm. uzunluğunda medikal dereceli pvc'den, trokarı çelikten mamul olmalıdır.
3. Körük kapasitesi 100'er ml aralıklarla belirlenmiş toplam 400 ml, sistemin başlangıç emme gücü yeterli olmalıdır
4. Bağlantı hortumunun her dren kalınlığına uyumlu olan kesilebilir konnaktörü, ve ek olarak hava kaçışını önlemek amaçlı içi genişten daralan bir klempi bulunmalıdır
5. Setin içerisinde dreni ile bağlantılı kullanıma hazır çelik trokaları bulunmalıdır.
6. Dren, röntgenle bulunduğu yeri belirlemek ve vücutta kalacağı süreye kadar dokularla kaynaşma yapmadan, travmatize etmeden kalabilmeli ve renkli x- ışınında görülebilen radyopak çizgili olmalıdır.
7. Hemovakta tıkanma olmaması, dren, yerleştirildiği yaranın her kısmında eşit miktarda sıvıyı çekebilmesi için dren üzerindeki deliklerden vakum kaynağına (hemovaca) yakın olanlar en küçük, yara içerisinde yer alan drenler ise en büyük delik olacak şekilde derecelenmiş olmalıdır.
8. Dokuların travma edilmemesi için drenlerin uç kısmı yuvarlatılmış olmalıdır.
9. Drenlerin doku içerisindeki derinlik seviyeleri rahatlıkla belirlenebilmesi için;drendeki deliklerin bulunduğu kısımlardan itibaren renkli çizgiler bulunmalıdır.
10. Drenler anti king ve anti asidik özellik göstermelidir.
11. Set etilen oksit (EtO) ile sterilize edilmiş çift ambalajda sunulmalıdır

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa TÜRKER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 71162

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. T. T. T.
Beyin Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 98136

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. T. T. T.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 110441

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. T. T. T.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 85399

Op. Dr. T. T. T.
Adana Seyhan Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 71432

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Akın VURAL
Ameliyathane Sorumlu Hekimi

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Hüseyin ÇALISKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 55166

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Enver AYDIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 71993