

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Biyogüvenlik Kabini Bakım Onarımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Yağmur ZARARLI ALTINAY
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Biyogüvenlik Kabini Genel Bakım Onarım Ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.12.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

BIYOGÜVENLİK KABİNİ BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Biyogüvenlik kabini hastanemiz deposunda bulunmakta olup belirtilen güvenlik kabininin kurulumu yapılmaksızın kontrollerinin yapılarak çalışır durumda olup olmadığı, arızalı ise tamirinin mümkün olup olmadığı raporlanacaktır.

2- Kabin arızalı ve tamirinin mümkün olması durumunda gerekli yedek parçaları idareye bildirilecek gerekli yedek parçalar idare tarafından temin edilerek yükleniciye verilecektir.

2-Belirtilen kabin çalışır durumda ise bakımları yapılacak, bakım için gerekli yedek parçalar idarece temin edilecek yüklenici tarafından değiştirilecektir.

3-Biyogüvenlik kabini çalışır durumda olması veya çalışır duruma getirilmesi durumunda cihaz montajı idarenin göstereceği birime kurulumu yapılacak ve kabin Validasyon testleri yapılacaktır.

Biyogüvenlik Kabininde Validasyon Testleri kapsamında ; TS EN ISO 12469; NSF/ANSI 49:2008 standartlarına göre aşağıdaki testler yapılmalıdır:

- Hava Akış Hızlarının Ölçülmesi
- Down Flow (Aşağı Akış) Hızı ve Aynılık Testi
- In Flow (İçeri Doğru Akış) Hızı
- Hepa ve Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi
- Partikül Sayım Testi
- Hava Akış Yönünün Görselleştirilmesi Testi
- Ses Seviyesi Ölçümü
- Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
- Alarm ve Diğer Fonksiyonların Kontrolü

İlgili testerin belirtilen standartlara uygun şekilde Türkak belgeli firmalarca yapılacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Bas Teknisyen