

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Santral Venöz Katater (Çift Lümenli) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Şule CEREN
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 4F 5-7CM	20	Adet		
2	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 5F	20	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.12.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

o **5 F 13 CM İKİ LÜMENLİ PEDIATRİK SANTRAL VENÖZ KATETER SETİ**

- Set içerisindeki kateter; 18 ve 20 G kalınlığında, iki lümenli ve poliüretandan imal edilmiş olacaktır.
- Kateter 5 Fr,13 cm,olacaktır.
- Kateter yumuşak uçlu olacaktır.
- Kateter; emniyet kilitli ve radyopak olacaktır.
- Orijinal ambalaj üzerinde kateter lümenlerinin flow rate oranları yazılı olacaktır.Kateterin priming volumleri; distal lümen için 0.30cc,proximal lümen için 0.32 cc volüme sahip olmalıdır.
- Set içerisinde; 0.021 inç kalınlığında 45 (kırkbeş) cm uzunluğunda, "J" uçlu nitinol kılavuz tel, dilatör,20 G radyopak kanül,20 G 3.81 cm uzunluğunda iğne,dilatör ve 5 (beş) cc'lik enjektör olacaktır.
- Kateter tek kullanımlık olacaktır.
- Steril orijinal ambalajında olacaktır.

Harice AÇMIS
C.Y.B.
Sorumlu Hemşiresi

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa ÖZKALE
Dip. Tes. No.: 81992
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı

• 4 F 8 CM İKİ LÜMENLİ PEDIATRİK SANTRAL VENÖZ KATETER SETİ

- Set içerisindeki kateter; 22 G kalınlığında, iki lümenli ve poliüretandan imal edilmiş olacaktır.
- Kateter 4 Fr, 8 cm kalınlığında olacaktır.
- Kateter yumuşak uçlu olacaktır.
- Kateter; emniyet kilitle ve radyopak olacaktır.
- Orijinal ambalaj üzerinde kateter lümenlerinin flow rate oranları yazılı olacaktır. Kateterin priming volumleri; distal lümen için 0.25cc, proximal lümen için 0.30 cc volüme sahip olmalıdır.
- Set içerisinde; 0.018 inç kalınlığında 45 (kırkbeş) cm uzunluğunda, "j" uçlu kılavuz tel, dilatör, 22 G radyopak kanül, 21 G 3.81 cm iğne ve 5 (beş) cc'lik enjektör olacaktır.
- Kateter tek kullanımlık olacaktır.
- Steril orijinal ambalajında olacaktır.

Hatice ACIMIS
C.Y.B.
Sorumlu Hemşiresi

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Merve ÖZKALE
Dip. Tes. No.: 81992
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı