

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Double j Kateter işi satın almacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Şule CEREN
Sağ. Tek

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOUBLE J KATETERLER (Uzun süre kalımlı)	5	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.12.2019 13:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

DJ KATETER KALICI

1. Ürünlerin çapları 4.8 F - 6 F arasında ve uzunlukları 12 - 30 cm arasında olmalıdır.
2. Ürün en az 8 ay süre ile hasta içerisinde kalmaya uygun Vortek, Percuflex veya Wiruthan materyallerinden üretilmiş olup, üzerinde her beş cm ve her cm için çizgileri olmalıdır.
3. Bir ucu açık diğer ucu kapalı şekilde üretilmiş olmalıdır.
4. Basit veya bağlanabilir vidalı itici olmalı, iticiler en az 70 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Ürün radyopak olmalıdır.
6. Ürün steril ambalajda olmalıdır.
7. Ambalaj içerisinde bir ucu yumuşak, diğer ucu düz, D-J kateterin iç çapına ve D-J kateter ile iticinin toplam uzunluğuna uygun kılavuz tel olmalıdır.
8. Teslimatta çap ve uzunluklara göre dağılım klinik idari sorumlusu tarafından belirlenecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mehmet KILIÇ
Dip. Tes. No: 85349
Uroloji Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Şenol ÇELİK
Dip. Tes. No: 85349
Uroloji Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ali Osman KILIÇ
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 87041