

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Viskoelastik Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
AH GÜLŞEN
MAMUR

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	%1.4 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK	400	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.12.2019 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine inşakal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

VİSKOELASTİK MADDE %1.4 NA- HYOLURONAT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-14 mg/ml (ondört miligram bölü mililitre) lik na-hyoluronat içermelidir.
- 2- Steril enjektörde 27g (yirmiyedigauge)'lık kanülü ile birlikte verilmelidir.
- 3- Moleküler ağırlığı en az 3.0×10^6 (üçmilyon) dalton olmalıdır.
- 4- Viskozite'si en az 200.000 (ikiyüzbin) mpas olmalıdır.
- 5- PH 6.8-7.6 (altı nokta sekiz-sekiz nokta altı), osmolaritesi 250-400 (ikiyüz-dörtüyz) mosm/kg olmalıdır.
- 6- Enjektör üzerinde ürün bilgileri yazılı olmalıdır ve ürün enjektörü dış etkilere karşı dayanıklı sert blister ambalajda paketlenmiş olmalıdır.
- 7- Latex içermemelidir. Latex içermediği kutu üzerinde orjinal baskılı olarak belirtilmiş olmalıdır sonradan yapıştirilmiş etiket veya damga şeklinde olmamalıdır.
- 8- Enjektör üzerinde ürünün diğer yoğunluklardan ayırt edilmesini sağlayacak renkli bir şerit olmalıdır.
- 9- Sterilizasyon güvenliği açısından ürün enjektörü buhar otoklav ile steril edilip aseptik şartlarda blisterlenmeli veya ürün enjektörü buhar otoklav ile steril edilip blisterlendikten sonra etilen oksit ile tekrar steril edilmiş olmalıdır.Bu husus kutu üzerinde veya prospektüse açıkça yazılı olmalıdır veya steril şırıngalara veya dolum yapılip blister ambalajı içerisinde buhar otoklavında steril edilmelidir.
- 10- Teklif veren firma istenildiğinde ürünün %1 veya %1.6 yoğunluklarındaki ürünler ile değişim sağlanmalıdır.
- 11- Göz içinden cerrahi sonrasında kolay çıkarılabilmelidir. Ameliyat sırasında hava kabarcıkları oluşturmamalıdır.
- 12- Fiyat hacim oranı dikkate alınarak karar verilecektir.
- 13- Ürün numuneleri denenecek,karar hekim raporuna göre verilecektir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Muhammed MİNEN
Dip. Tes. No: 72359
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Hasan YENİ
Dip. Tes. No: 87085
Göz Hastalıkları Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ali Kemal ERÇİKAN
Dip. Tes. No: 89466
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa GÜL
Dip. Tes. No: 2200
Göz Hastalıkları Uzmanı