

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Cerrahi Eldiven (pudrasız) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ ELĐVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:7	3500	Adet		
2	CERRAHİ ELĐVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:7,5	4000	Adet		
3	CERRAHİ ELĐVEN STERİL LATEKS PUDRASIZ NO:8	4000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.01.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tif:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## STERİL ELDİVEN ( ANTİALLERJİK PUDRASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hipo allerjenik olmalı.
- 2.Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ - sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakette ( sağ – sol ) ters konmamalıdır.
- 3.İç paket, dış pakete ( paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmalıdır.
- 4.Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı.
- 5.Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Baş parmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme potluk oluşmamalıdır.
- 6.Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince, kalın, dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku, eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
- 7.Ambalajlarda yırtık, defo olmamalı, kullanım süresi depo teslimin tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 8.Paketler üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini, numarası ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 9.Firmalar teklif ettikleri her numara için en az 10 çift numune bırakmak zorundadır.
- 10.İhale sonrası alım yapılan eldivenlerde seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünlerle değiştirilmelidir.
- 11.UBB kaydı ihale esnasında idareye sunulacaktır.
- 12.Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
İlkay DURMUŞ  
Hemşire

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Kubra KAR  
Hemşire

Dilek ATIL  
SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Dilek ATIL  
Hemşire