

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Havalı Yatak (a+b+c Sistem) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Şule CEREM
Sağlık Teknikeri


İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAVALI YATAK A+B+C SİSTEM	20	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.01.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

ESKAR SETİ (HAVALI YATAK)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Anti-decebitus özelliğine sahip olmalıdır.
- 2- Aksesuarları temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- 3- Yatak delinmelere karşı güçlü non-toxic PVC'den üretilmiş olmalıdır.
- 4- Hava pompası minimum sesle çalışacak şekilde tasarlanmış ve izole edilmiş olmalıdır.
- 5- Hastanın yaklaşık ağırlığı girilebilmeli ve bu aralık maximum 130 kğ.kadar olmalıdır.
- 6- Cihaz ağırlığı 1 kğ.dan az olmalıdır.
- 7- Yerden kazanmak için tasarlanmış çengel askısı olmalıdır.
- 8- Devir süresi 12 dk. i hava çıkışı 5 lt./dk.olmalıdır.
- 9- En:90 cm Boy:200 cm Yükseklik: 6,5 cm olmalıdır.
- 10- Voltaj: 220/50Hz. olmalıdır.
- 11- Dahili tamir kiti olmalıdır.
- 12- Kutu içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Özge CESUR
Uzman



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Kasım YILDIZER
Dip. Tıp. No : 100070
Nefroloji Uzmanı

