

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Abeslang Ve Enjektör Ucu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ  
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL	80000	Adet		
2	ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	10000	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.02.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## ENJEKTÖR UCU ( YEŞİL -SİYAH -PEMBE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Non-Toksit Luer uç olmalıdır.
- 2.Boyutları en az 0,80 x38 mm olmalıdır.
- 3.Ambalajı yırtık olmamalıdır.
- 4.Tekli ambalajlarda ve steril halde olmalıdır.
- 5.Malzemeler hastanemizdeki sarf durumu göz önünde bulundurularak kullanma süresi dolmasına 3 ay kala ilgili firmaya haber verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yeni kullanım süreli uçlar ile değiştirilmelidir. En az iki (2) yıl kullanım süreli olmalıdır.
- 6.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 7.Ambalajın üzerinde iğne boyu, iğne çapı numarası yazılı olmalıdır

Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgililer tarafından deneme yapılacaktır.UBB kaydı bulunmalıdır, kapsam dışı olanlarda belgelenmelidir.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Özge ÖZSÜR  
Herkesine  
M.M.

## ABESLANG (DİL BASACAK -TAHTA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kenar keskinlikleri düzeltilmiş, her iki ucu yarım daire şeklinde yuvarlatılmış bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
- 2- Üzeri, ağız içini rahatsız etmeyecek şekilde, pürüzsüz ve tahta malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3- Eni 1,5 cm.den dar, boyu 14 cm.den kısa olmamalıdır.
- 4- Kokusuz, hafif esnek olmalı, ancak kolay kırılmamalı
- 5- Uygun sayıda ambalaj ( kutu vb.) içerisinde olmalı.

Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgililer tarafından deneme yapılacaktır.UBB kaydı bulunmalıdır, kapsam dışı olanlarda belgelenmelidir.

Seyhan Devlet Hastanesi  
EĞİTİM VE GELİŞİM  
BÖLÜMÜ  
Müdürü  
D.İ.S.