

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem 3 Adet (2 Adet Amnotec Marka -1 Adet Strayker Marka) 30 Derece Optiklerin Tamiri işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	30 DERECE OPTİK TAMİRİ	3	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:13.02.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:7065 Fax:03222272066 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

30.01.2020/10

RAPOR

06.02.2020/200

- 1.Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan 2 adet Amnotec Marka 72-210-30 Model 30 derece optiğin yapılan kontrolünde birinin görüntüsünün olmadığı objektifinin yanık olduğu ve rod lenslerde kırık olduğu diğerinin ise rod lenslerde kırıklar olduğu tespit edilmiştir.
- 2.Strayker Marka 502-204-030 Model 1276032 seri numaralı 30 derece optiğin yapılan kontrolünde prizma ve rod lenslerde kırık olduğu tespit edilmiştir.Optiklerin onarımı atölyemiz imkanları ile mümkün değildir.Piyasadan hizmet alımı ile yapılması gerekmektedir.

30.01.2020

- NOT :**
- 1.Yapılan işe 6 (altı) ay garanti verilecektir.
 - 2.Yüklenici TSE 13703 Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile beraber sunacaktır.
 - 3.Yüklenici yapılan işi belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu düzenleyip bir adedini atölyemize, diğerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
 - 4.Cihaz yüklenici tarafından teslim alınacaktır.Kargo ile malzeme gönderimi ve kabulü yapılmayacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Özcan TUNÇSÖZ
Biyomedikal Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Ergün KALÇIN
Biyomedikal Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Şeyma KARSAK
Biyomedikal Teknikeri