

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan Magic Loggia Marka Ve Babynest Marka Kuvözler İçin 5 Kalem Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ahmet ÖRS
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KUVÖZ TRENDELENBURG	10	Adet		
2	KÜVÖZ YATAK TEPSESİ	5	Adet		
3	KÜVÖZ DİSİTİLE SU - NEM HAZNESİ	5	Adet		
4	KÜVÖZ DİSİTİLE SU - NEM HAZNESİ ALTLIĞI	5	Adet		
5	KÜVÖZ DİSİTİLE SU - NEM HAZNESİ KONNEKTÖRÜ	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:14.02.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

KUVÖZ YEDEK PARÇA ŞARTNAMESİ

1) TRENDELENBURG:

1. Hastanemizde kullanılmak olan Magic Loggia marka model kuvöz cihazına ait trendelenburg (asansör) olmalıdır.
2. Trendelenburg mevcut trendelenburg ile birebir aynısı olmalıdır.
3. Trendelenburg birer adet numune ile test edilecek, test sonucu uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
4. Trendelenburg 5 adet sağ 5 adet sol olacaktır.
5. Üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

2) KUVÖZ YATAK TEPSİSİ:

1. Babynest marka I-700 model kuvözün yatak tepsisi olmalıdır.
2. Yatak tepsisine radyografik tepsisi dâhil olmalıdır.
3. Yatak tepsisi mevcuttaki ile birebir aynısı olmalıdır.
4. Yatak tepsisi cihaz üzerinde test edilecek, test sonucu uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
5. Yatak üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

3) KUVÖZ NEM HAZNESİ:

1. Hastanemizde kullanılmak olan Magic Loggia marka model kuvöz cihazına ait nem haznesi olmalıdır.
2. Nem haznesi mevcut haznenin birebir aynısı olmalıdır.
3. Nem haznesi sağlam yapıda kaliteli, koku yapmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Nem haznesi cihaz üzerinde test edilecek, test sonucu uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
5. Nem haznesi üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

4) KUVÖZ NEM HAZNESİ ALTLIĞI:

1. Hastanemizde kullanılmak olan Magic Loggia marka model kuvöz cihazına ait nem haznesinin altlığı olmalıdır.
2. Nem haznesi altlığı mevcut hazne altlığının birebir aynısı olmalıdır.
3. Nem haznesi altlığı sağlam yapıda kaliteli, koku yapmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Nem haznesi altlığı cihaz üzerinde test edilecek, test sonucu uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
5. Nem haznesi altlığı üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

5) KUVÖZ NEM HAZNESİ KONNEKTÖRÜ:

1. Hastanemizde kullanılmak olan Magic Loggia marka model kuvöz cihazına ait nem haznesinin bağlantı konnektörü olmalıdır.
2. Nem haznesi konnektörü mevcut hazne konnektörünün birebir aynısı olmalıdır.
3. Nem haznesi konnektörü sağlam yapıda kaliteli, koku yapmayan malzemeden üretilmiş, esneme ve zorlamaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Nem haznesi konnektörü cihaz üzerinde test edilecek, test sonucu uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.
5. Nem haznesi konnektörü üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.