

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Tomografi Cihazı Tamiri. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI DAHİL,İSTİSNA PARÇALAR HARIÇ) (TOSHİBA MARKA TOMOGRAFİ CİHAZI TAMİRİ).	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.02.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit

FİRMA-KAŞE
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

17-13-02-2020
19.02.2020 / 301

GEREKÇELİ RAPOR

S.NU.	KÜNYE NU.	CİHAZIN ADI	MARKASI	MODELİ	SERİ NU.	ENV.GİR.TAR.
1	1008371705	TOMOGRAFİ CİHAZLARI, TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYARLI TOSHİBA MARKA	TOSHİBA	TSX-034A/1C ALEXİON ADVANCE	TSX-034A/1C- 34/01/29	2013

Hastanemiz Radyoloji Servisinde kullanılan yukarıda bilgileri yazılı Tomografi cihazının 06 Şubat 2020 tarih ve 201934 talep numarası ile arızalı olduğu bildirilmiştir. Cihazın yapılan kontrolünde inverter modülünün arızalı olduğu tespit edilmiştir. İş bu rapor tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

10.02.2020

- NOT :**
- 1.Yapılan işe 6(altı) ay garanti verilecektir.
 - 2.İstekliler TSE 13703 Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
 - 3.Yüklenici yapılan işi belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu düzenleyip bir adedini atölyemize, diğerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
 - 4.Sağlık Bakanlığının 2019/1 genelgesine istinaden teknik servis sağlayıcının ve teknik personelinin ÜTS kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
 - 5.Cihaz onarımdan sonra fonksiyona tabi tutulacak bir problem yoksa ondan sonra faal raporu düzenlenecektir.

Özcan TÜYSÜZ
Biyomedikal Teknikeri

Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri

Şeyma FARSÄK
Biyomedikal Mühendisi