

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Su Arıtma- Yumuşatma Cihazı Tandem Ayırma Valfi işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI TANDEM AYIRMA VALFİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.03.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ
SU YUMUŞATMA VE ARITMA CİHAZI REÇİNE VE TANDEM YUMUŞATMA VALFİ ŞARTNAMESİ

1)_REÇİNE

- Kuvvetli asidik İon deęiřtirici katyonik tip reęine olacaktır
- TSE belgesine sahip olacaktır.
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
- Yükleme aęırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
- Spesifik çekim , nem Na⁺ formunda 1.27 olacaktır.
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na⁺ formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na⁺ formunda,kuru,kütlesel 4.5 eq/l min olacaktır.
- pH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- 25 kg. lık torbalar halinde olacaktır.

2)_TANDEM YUMUŞATMA VALFİ

- 1-Kontrol ünitesi mekanik olmalıdır.
- 2- Saat ve Gün fonksiyonu bulunmalıdır.
- 3-Kontrol ünitesinden 1-14 gün aralıklarında otomatik yıkama ayarları yapılabilmelidir.
- 4-Yıkama modları ekranda görülmelidir.
- 5-Kontrol ünitesi üzerinde manuel yıkama butonu ve ayar tuřları olmalıdır.
- 6-Yıkama sycle ayarları ayrı ayrı istenilen sürelerde ayarlanabilmelidir.
- 7-Kontrol ünitesi 230V-50Hz voltajda çalışabilmeli ve + - 10V deęiřikliklerden etkilenmemelidir.
- 8-Tandem yumuřatma sisteminde kullanıma uygun olmalıdır.
- 9) 32 mm baęlantı apı olmalıdır.
- 10) Günlük su kapasitesi 60 Ton olmalıdır.

3)_Paralardan veya montajdan kaynaklanan hatalardan dolayı yüklenici firma sorumlu olacaktır.

4)_Cihazların istenilen paralarının montaj, demontajı ve nakliyesi yüklenici firma tarafından Karaisali Devlet Hastanesine yapılması gerekmektedir.

5)_Montaj, demontaj için firma ücret talep etmeyecektir. Yalnızca paralar için fiyat verecektir.

6)_Tandem yumuřatma valfi ve reęine montajında kullanılacak malzemelerin tamamı yüklenici firmaya ait olacaktır.

7)_Cihazları en az 2 yıl garanti kapsamında olmadır.

8)_Cihazlar TSE standartlarına uygun olmalıdır.

9)_Yüklenici firma 6331 sayılı iş saęlığı ve güvenlięi kanunu ile baęlı ilgili mevzuat ilkelerini (alıřanların saęlık taramaları, yüksekte alıřma izin belgesi ve eęitimleri, kiřisel koruyucuların tanımı ve kullanımı, acil eylem planı vb.)yerine getirmek ile yükümlüdür.

M.Harun ALPAY
SIHHİ TESİSAT

Tayfun DAMAKSIZ
BİO MED. TEKNİSYENİ

Ahmet ERGE
ELEKTİRİK TEKNİSYENİ

Yakup BELER
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU