

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Panoramik Röntgen Cihazı Tamiri. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI TAMİRİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ

PANORAMİK DIŞ RÖNTGEN CİHAZI TAMİR B AKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tespit edilen arızalı parçaları tamir edilmelidir.
- Tamiri mümkün olmayan parçaların değişmesi gerekmektedir.
- Yüklenici firma yapılan tamire en az 1 yıl arıza garantisi vermelidir.
- Değişen parçalar en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- Yüklenici firma aylık periyodik olarak cihazın bakımlarını en az 1 yıl süre ile üstlenmelidir.
- Değişen parçalar Karaisalı Devlet hastanesi idaresine teslim edilmelidir.
- Cihaz çalışır durumda Karaisalı Devlet Hastanesine teslim edilmelidir.
- Parçalardan veya montajdan kaynaklanan hatalardan dolayı yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- Yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bağlı ilgili mevzuat ilkelerini (çalışanların sağlık taramaları, yüksekte çalışma izin belgesi ve eğitimleri, kişisel koruyucuların tanımı ve kullanımı, acil eylem planı vb.)yerine getirmek ile yükümlüdür.

M.Harun ALPAY

SIHHİ TESİSAT

Tayfun DAMAKSIZ

BİO MED. TEKNİSYENİ

Yakup BELER

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

06.02.2020/213

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KARAIŞALI DEVLET HASTENESİ  
GEREKÇE RAPORU

Hastanemizde bulunan PLANMECA marka proline xc modelli panoramik diş röntgeninin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Programsal eksikleri olduğu eror 27 ve eror 16 arıza kodu göstermekte ve ünit programı kurulu değildir. Donanımsal olarak eksikleri; step motorunun (yarıya kadar hareket etmekte), shutlama butonu shutlama yapmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için ehli firmalarca tamiri gerekmektedir.

Ahmet ERGE

ELEKTİRİK TEKNİSYENİ

Tayfun DAMAKSIZ

BİO MED TEKNİSYENİ

Fahrettin EREN

FATMA KEMAL TİMUÇİN

DIŞ HASTANESİ

ELEKTİRİK TEKNİSYENİ