

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Cerrahi Maske Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CERRAHİ MASKE(LASTİKLİ MASKE)	35000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.03.2020 12:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## ÜÇ KATLI ( FLİTRELİ ) BİYELİ MASKE ŞARTNAMESİ

- MASKE NONWOVEN SPUNBOND MATERYALİNDEN YAPILMIŞ OLMALI, ALLERJİ YAPMAMALIDIR.
- MASKE DE KULLANILAN MATERYALLER; YEŞİL 14GR/M<sup>2</sup>, BEYAZ 30 GR/M<sup>2</sup>, MEBRAN FİLTRE 25 GR/M<sup>2</sup> (%99 ' LUK GEÇİRGENLİK ÖZELLİĞİ) VE BİYELER ENAZ 40 GR/M<sup>2</sup>'DEN YAPILMIŞ VE SAĞLAM OLMALIDIR.
- TÜM DİKİŞLER ULTRASONİK DİKİŞ OLMALI,İPLİK DİKİŞ OLMAMALIDIR.
- MASKE ÜÇ KATLI; ARASINDA BAKTERİ SÜZEN MEBRAN FİLTRE OLMALIDIR.
- MEBRAN FİLTRENİN YETKİLİ LABORATUARLARDAN ALINMIŞ BAKTERİ GEÇİRGENLİK RAPORU OLMALIDIR.
- BİYE UZUNLUKLARIEŞİT VE ENAZ 45 CM OLMALIDIR.
- MASKENİN ÜST KISMINDA;YÜZE RAHAT OTURABİLMESİ İÇİN PP KAPLI BURUN TELİ OLMALIDIR.
- MASKE 100'LÜK ORJİNAL KUTULARDA OLMALIDIR.
- MASKE 'LER HİJYENİK ORTAMDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- KULLANILAN HAMMADDENİN (NONWOVEN) CİLDİ TAHRİŞ ETMEDİĞİ TEST RAPORLARI İLE KANITLANMALIDIR. "TS EN ISO 10993 series BIOCOMPATIBILITY "STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR.
- "CE" BELGESİNE HAİZ OLMALIDIR.
- SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI OLMALI, UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- ÜRETİCİ FİRMANIN ISO 13485:2003 TIBBİ CİHAZ KALİTE SİSTEM BELGESİ OLMALIDIR.

~~SEYHAN ÜNİVERSİTESİ  
EĞİTİM  
KURUMU~~