

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Koruyucu Tulum Alımı (covid19) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KORUYUCU TULUM SU GEÇİRMEZ NONSTERİL	2000	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.03.2020 12:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TULUM ŞARTNAMESİ

- NONWOVEN SPUNBOND (DOKUSUZ VE ÖRGÜSÜZ) MATERYALDEN YAPILMIŞ OLMALI, ALLERJİ YAPMAMALIDIR.
- TULUM MATERYALİ EN AZ 40 GR/M² OLMALIDIR.
- TULUM 'LAR; UZUN KOLLU, SIFIR YAKA, ÖNDEN AÇIK FERMUARLI, KAPİŞONLU OLMALIDIR.
- TULUM 'LARIN KOL AĞZINA VE AYAK UÇLARINA İKİLİ ÖRME LASTİK DİKİLİ OLMALIDIR.
- TULUM 'LAR DEĞİŞİK EBATLARDA OLABİLİR. (M - L - XL)
- TULUM ' DA DİKİŞLER OVERLOK DİKİŞ OLMALIDIR.
- 75 ' LİK ORJİNAL TORBA İÇİNDE OLMALIDIR, 1 ' ERLİ PAKETLİ OLMALIDIR.
- TULUM 'LAR HİJYENİK ORTAMDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- KULLANILAN HAMMADDENİN (NONWOVEN) CİLDİ TAHRİŞ ETMEDİĞİ TEST RAPORLARI İLE KANITLANMALIDIR. " TS EN ISO 10993 series BIOCOMPATIBILITY " SATANDARTINA UYGUN OLMALIDIR. • " CE " BELGESİNE HAİZ OLMALIDIR.
- SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI OLMALI, UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- ÜRETİCİ FİRMANIN ISO 13485:2003 TIBBİ CİHAZ KALİTE SİSTEM BELGESİ OLMALIDIR

~~SAĞLIK BAKANLIĞI
TIBBİ CİHAZ KALİTE SİSTEM BELGESİ
HANGİYE~~