

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Enteral Besleme Pompa Seti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENTERAL BESLENME POMPASI SETİ YIKAMALI	1000	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPA SETİ

1. İki adet 1000 ml kapasiteli iki ayrı beslenme ve yıkama torbası bulunmalıdır ve pompaya takılan yerde birleşik olmalıdır.
2. Set pompaya bağlı olarak aralıklı beslenmeye uygun olmalıdır.
3. Setin ucunda beslenme tüpüne bağlantı yapılmasına olanak sağlayan konnektör bulunmalıdır ve sonda ucuyla uyumlu olmalıdır
4. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
5. Beslenme seti DEHP (dietileksil fitalat) içermemelidir.
6. Setlerin son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
7. Setlere uyumlu verilen pompalar aralıklı yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
8. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
9. Miadı yaklaşan malzemeler idare tarafından 3 ay öncesinden bildirildiği durumda yeni miatlı ve aynı özellikteki ürünlerle değiştirilmelidir.
10. Cihazların arızalanması durumunda; arıza firma tarafından 10 iş günü içinde giderilmeli arıza giderilemiyorsa kalibrasyon ayarı ve ölçümü yapılmış yeni bir cihaz firma tarafından 10 iş günü içinde getirilmelidir.
11. Firma tarafından 75 adet setlerle uyumlu pompa hastanenin kullanımına sunulmalıdır. İhtiyaç halinde pompa sayısı artırılabilir.
12. Firma ürünleri istenen sayı ve özellikte teslim etmekle yükümlüdür.
13. Gerekli görülmesi halinde, teklif aşamasında ürünün ilgili birimlerde denenmesi istenebilir
14. Firma teklif aşamasında ürünün teknik şartnamedeki özelliklerini karşıladığını gösterir belgeleri ürünle birlikte sunmalıdır.

Dr. Ömer Özkano KURAN  
Abdo Seyhan Devlet Hastanesi  
Yapı ve Bakım Birimi

