

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Avea Marka Ventilator Cihazları İçin Bakteri Filtresi Ve Oksijen Sensörü Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLATOR CİHAZI BAKTERİ FİLTRESİ	15	Adet		
2	OKSİJEN SENSÖRÜ (AVEA CİHAZI İÇİN)	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.03.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

VENTİLATÖR REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakteri filtresi VIASYS Marka Avea Model Ventilatör cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Bakteri filtresi Exhalation filter Cartidge içine takılabilmelidir.
3. Reusable bakteri filtresi 125 ml Bottle (Water Collection jar) uyumlu olmalıdır.
4. Reusable Bakteri filtresi Water Trap Assy takılabilmelidir.
5. Bakteri filtresi, çok kullanımlık olmalıdır.
6. **Bakteri filtresi steril edilebilmelidir.**
7. Numune görülerek teklif verilecektir.
8. Ürün cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluk verilecektir.
9. Ürünün U.T.S kaydı olmalıdır.

OKSİJEN SENSÖRÜ (AVEA MARKA CİHAZ İÇİN)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sensör Viasys marka Avea model Ventilatöre uygun olmalıdır.
- 2.Oksijen sensörünün ölçüm aralığı %21-%100 arasında olmalıdır
- 3.Oksijen Sensörü cihaza tam uyum sağlamalıdır.
- 4.Oksijen Sensörü fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.Garantisüresi içerisinde arızalanan sensörler yenisi ile değiştirilmelidir.
- 5.Oksijen sensörü yeni üretim olmalıdır. Teslim edileceği ayda üretilmiş olmalıdır.
- 6.Oksijen sensörü cihazın sensör kalibrasyonundan sorunsuz geçmelidir.
7. Mevcuttaki nume görülerek teklif verilecektir.
8. Ürün cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluk verilecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Özcan TÜRSÜZ
Biyomedikal Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri