

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Santral Venöz Katater 7f 16 Cm Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 16 (± 2)CM	200	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:7.04.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SANTRAL VENÖZ KATATER 3 YOLLU 7F TEKNİK ŞARTNAME

1. Kateteler, poliüretan ve radyopak olmalıdır
2. Kateter, çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.
3. Kateter üzerinde ,kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır ayrıca işaretler de silinmemelidir
4. Kateter, üç lumenli, 2.4 ± 2 mm çapında, 7F 16 ± 2 cm uzunluğunda olmalıdır
5. Kateterde, line hatları için kapak olmalıdır
6. Kateterde, farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır
7. Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır
8. Kılavuz tel, kink yapmayan materyalinden imal edilmiş olmalıdır
9. Dilatatör olmalıdır ve dilatasyon esnasında kolaylıkla bükülmemelidir.
10. Set içerisinde; 1 adet üzerinde cm işaretleri olan 60cm (± 10 cm) boyunda J tipi guide -wire kılıfı, 1 adet seldinger iğne , 1 adet 5ml enjektör, 1 adet Bistüri (no:11), Fiksasyon konnektörü ve 1 adet dilatatör bulunmalıdır.
11. Orijinal ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ,lot no, ürünün içeriği ve teknik özellikleri hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır
12. Ulusal kalite belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve ambalaj üzerinde CE ibaresi olmalıdır
13. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır
14. Firma , miada 3 ay kala ürünleri yenisiyle değiştirmelidir
15. Firma ürünü istenen özellikte teslim etmekle yükümlüdür
16. Ürün ilgili birimde denendikten sonra uygunluk verilecektir

Hemşire
Dilek Arıcı

Dr. Özlem Özkan Kurucu