

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Tansiyon Aleti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TANSİYON ALETİ, TANSİYON ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR KOLDAN DİJİTAL OTOMATİK YETİŞKİN	150	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:8.04.2020 13:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA


SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

DİJİTAL KOLDAN ÖLÇEN TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon aleti osilometrik ölçüm yöntemi ile çalışmalıdır.
2. LCD ekran (likit kristal ekran) olmalıdır.
3. Aletin ağırlığı piller ve kafla birlikte 460 gr olmalıdır.
4. Kafları ; M tip 22-32 cm ölçülerinde ve cırcırtlı olmalıdır.
5. Boyutları 115 (W) x 182 (L) x 76 (H) mm olmalıdır.
6. Aleti saklama sıcaklığı -20 ile + 55 C olmalıdır.
7. 15 ile 95 % arası rölatif maksimum nem aralığında çalışmalıdır.
8. Çalışma ısısı 10 ile 40 C arası olmalıdır.
9. Kapasitif basınç sensöründen oluşmalıdır.
10. Ölçüm sis/diyas aralığı 20 ile 280 mmHg arasında olmalıdır.
11. Ölçüm nabız aralığı 40 ile 200 atış / dakika olmalıdır.
12. Kaf basıncı görüntüleme aralığı 0 – 299 mmHg olmalıdır.
13. 30 ölçümü hafızasında saklamalıdır.
14. Ölçüm rezolüsyonu 1 mmHg olmalıdır.
15. Basınç güvenilirliği + 3mmHg, nabız güvenilirliği + 5% olmalıdır.
16. Güç kaynağı 4 kuru pil, cinsi AA 1,5 V olmalıdır.
17. Cihaz standardı ; invazif olmayan tansiyon cihazları için Avrupa standartları özelliklerine uygun olmalıdır. (EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11)
18. Elektromanyetik uygunluk EN 60601-1-11 standartında olmalıdır.
19. Tıbbi ürünler sınıf IIa için Avrupa Birliği şartnamesi 93/42/EEC' nin tüm şartlarına uygun olmalıdır.


SEYHAN BEVLET HAŞTANESİ
E. YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri


Sevhan Devlet Hastanesi
E. YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri