

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemizde Kullanılan Drgem Marka Topaz32d Model Seyyar Röntgen Cihazı İçin Dedektör Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLAT PANEL DEDEKTÖR AMORF SİLİKON KABLOSUZ 43 X 36 CM	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.04.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:7065 Fax:03222272066 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI FLAT PANEL DEDEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname hastanemizde kullanılmakta olan Dijital Seyyar Röntgen Cihazına ait "FLAT PANEL DEDEKTÖR" ile ilgili hususları kapsamaktadır.
2. Teklif edilecek olan "Flat Panel Dedektör" hastanemizde kullanılmakta olan DRGEM marka TOPAZ 32D model sistemin orijinal parçası, sistem üzerindeki flat panel dedektör ile aynı marka ve model olmalıdır.
3. Flat Panel Dedektör'ün cihaza tanıtımı ile ilgili işlemler uzak bağlantı veya gerekmesi halinde yerinde servis ile yapılacaktır. Flat Panel Dedektör'ün sisteme tanıtımında yazılımsal engellerle karşılaşılması halinde, yazılımsal şifrelerin temini, teklif veren firmaya ait olmalıdır.
4. Flat Panel Dedektör değişimi sonrası, cihazda değişim kaynaklı başka bir sorun oluşması halinde, bu sorun bedelsiz giderilecektir. Değişim sonrası, sistemin tüm kalibrasyonları, üretici firmanın belirlediği koşullar ve aletlerle yapılmalıdır.
5. "Flat Panel Dedektör", üretici DRGEM tarafından yetkilendirilen ve DRGEM marka sistemleri üzerine eğitim sertifikasına sahip personel istihdam eden firmalar tarafından teklif edilecektir. Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte üreticiden/temsilciden yetki belgesi veya eğitim belgesine sahip personelin SGK kayıtlarını sunacaklardır.
6. Flat Panel Dedektör, 43x36 cm ebadında, Amorf Silicon ve Sezyum Iyodid materyalli, en fazla 140 mikron boyutlu, en az 3000x3000 piksel matrixli, en az 0 lp/mm de % 70 DQE değerli olmalıdır.
7. Flat Panel Dedektör, kullanıcı hataları dışında 1 (Bir) Yıl garantili olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Özcan TÜYSÜZ  
Biyomedikal Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Ergün YALÇIN  
Biyomedikal Teknikeri

Çukurova D. Askim Tıfakci Devlet Hast.  
Tunca AKDAG  
Elektrik Elektronik Müh.