

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Ultraviyole Ampul Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ULTRAVİYOLE AMPUL (ÇOCUK EK HİZMET BİRİMİ MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİ)	4	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.04.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ


YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ÜST ODA IŞIMALI DUVARA MONTE ULTRAVİYOLE ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Uv kasası duvara monteli sabit kısım ve ışık bariyeri olmak üzere iki kısımdan ve tamamı alüminyum, galvanizli sac veya krom çelik olmalıdır.
- 2- Elektrik aksamı şehir şebeke voltajı ile uyumlu çalışıyor olmalıdır.
- 3- Armatürün üstünde kolayca görülen bir yerde cihazın çalıştığını gösteren ışıklı lamba olmalıdır.
- 4- Lambalar, orijinal ve kullanılmamış olmalı, kırık, çatlak vb. kusurlar olmamalıdır.
- 5- Uv lamba 254 nanometre dalga boyutunda ışımaya yapmalıdır.
- 6- 15 Watt boyutlarında olmalıdır. Lambanın en az 8000 saat ömrü olmalıdır. Bu kullanım ömrü belgelendirilmelidir.
- 7- Açma kapama anahtarları güvenli bir yerde olmalı, hasta veya üçüncü kişilerin kolaylıkla erişemeyeceği şekilde tasarlanmalıdır.
- 8- Uv lamba kasa ve elektrik aksamı ile bir bütün olmalıdır.
- 9- Elektrik aksamı şehir şebeke voltajı ile uyumlu çalışıyor olmalıdır
- 10- Cihazın lojistiği ve montajı yükleniciye aittir.
- 11- Cihaz ve Uv lambasının UBB kaydı sunulmalıdır.
- 12- Cihaz 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

13.04.2020


SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Filiz ZEREN
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No : 3264