

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Gambro Marka Prizmaflex Model hemodiyaliz Cihazı Periyodik Bakım Talebi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMETİ	1	Bakım		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.05.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:7065 Fax:03222272066 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Teklif veren firmaların cihazlar ilgili Teklif veren firmanın TSE-13703 veya TS 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
2. Teklif veren firmanın Gambro marka diyaliz cihazına ait yetkili servis belgesi olmalıdır.
3. Periyodik koruyucu bakım hizmetinin içeriği;

- Cihaza oniki (12) aylık bir (1) koruyucu bakım yapılacaktır.
- Sistemlerin performanslı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için periyodik bakım ve kontrolleri yapılarak teknik önleyici bakım yapılacaktır.
- Önleyici bakım prosedürleri yetkili servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilecektir.
- Bakım sırasında; Blood pump dampers 2 adet, Slave Pump dampers 8 adet, Pressure pod sealing cones 4 adet, Battery for PC 104 board 1 adet, ARPS pump segment 1 adet, 130 Micron air filter 1 adet, parçaları kontrol edilecek ve değişmesi gerekiyorsa değiştirilecektir.
- Bakım sırasında Servis modunda ki; Basınç sensörü, Silikon tubing tutucu, Filtre ve set tutucusu, ABD sensörü ve kapağı, Dönüş hattı klemp, Pinch valfleri, Şırınga pompası ve aparatları, Güç kablosu ve bağlantıları, İç elektrik kablo bağlantıları kontrol edilerek düzgün çalıştığı kontrol edilecektir.
- Bakım sırasında; Pompalar, Tartılar, Basınç podları reposisyonu, Alarm tonları ve ışıklar, Hava dedektörü, Enjektör Pompası, Klemp ve Pinch Valfleri, BLD, İç kısım, Kominikasyon, PM Zamanı ve Tarih, Ekran temizleme, SW konfigürasyon testleri ve doğrulama işlemlerini de gerçekleştirmelidir.
- Kontrolleri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ayarlarının yapılması, Süreli (Ömürlü) aşınmış parçaların süreleri zarfında yenilenmesi, Sistemin fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, periyodik bakımlar sırasında sağlanacaktır.
- Değişen yedek parçalar en az 6 ay garantili olacaktır.
- Yapılan tüm işlemler teknik servis formuna işlenerek iki nüsha halinde hastaneye teslim edilecektir.
- Bakım hastane klinik mühendislik personeli nezaretinde yapılacaktır.

GÜRAY DOĞDU
Elektrik Teknisyeri

