

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem Hastanemiz Sterilizasyon Merkezi Ve Marsa Kadın Doğum Ek Binası Sterilizasyon Merkezinde Bulunan Otoklav Cihazlarının Onarımı İçin Acil Malzeme Alımı. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. haric fiyat teklifi göndermenizi. teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BUHAR OTOKLAVI BUHAR KAPANI - KONDENSTOP	4	Adet		
2	BUHAR OTOKLAVI SU POMPASI	2	Adet		
3	OTOKLAV ÇEK VALFİ KLEPESİ	28	Adet		
4	OTOKLAV CİHAZI HEPA FİLTRESİ	4	Adet		
5	OTOKLAV CİHAZI KAPI KONTROL ANAHTARI	2	Adet		
6	BUHAR OTOKLAVI AÇMA KAPAMA GÜÇ ANAHTARI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:9.06.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## OTOKLAV CİHAZI YEDEK PARÇA ALIMINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. BUHAR OTOKLAVI BUHAR KAPANI - KONDENSTOP

1. YARIM PARMAK ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.
2. PASLANMAZ ÇELİKTE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
3. OTOKLAV CİHAZININ BUHAR TAHLİYE SİSTEMİNDE KULLANMAYA UYGUN OLACAKTIR.
4. EN AZ 150°C ' YE DAYANIKLI OLMALIDIR.
5. 90° VE 180°YE BAĞLANTIYA UYGUN OLMALIDIR.

### 2. BUHAR OTOKLAVI SU POMPASI

1. 220 VOLT İLE ÇALIŞABİLMELİDİR NOMİNAL AKIM 5,2 AMPER OLMALIDIR
2. PASLANMAZ MİL ÇELİKTE OLMALIDIR
3. 1 " GİRİŞ OLMALIDIR MİNİMUM 3 BAR BASINCI OLMALIDIR

### 3. OTOKLAV ÇEK VALFİ KLEPESİ

1. 200 DERECEYE DAYANIKLI OLMALIDIR.
2. TRANS MARKA OTOKLAV CİHAZLARINA UYUMLU OLMALIDIR.
3. YÜKSEK BASINÇ BUHAR VE SICAKLIĞA DAYANIKLI OLMALIDIR.
4. KLEPE ÖLÇÜSÜ 1" OLACAKTIR.

### 4. OTOKLAV CİHAZI HEPA FİLTRESİ

1. TRANS MARKA OTOKLAV CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
2. 0,2 MİKRON OLMALIDIR.
3. BAĞLANTI KESİTİ ½" OLMALIDIR.
4. EN AZ 150 °C YE DAYANIKLI OLMALIDIR.
5. CİHAZA RAHATLIKLA TAKILABİLMELİDİR.

### 5. OTOKLAV CİHAZI KAPI KONTROL ANAHTARI

1. TRANS MARKA OTOKLAV CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
2. ÜZERİNDE MEKANİZMASINA SAHİP OLMALIDIR.
3. ANLIK VOLTAJ ÇIKIŞI VEREBİLMELİDİR.

### 6. BUHAR OTOKLAVI AÇMA KAPAMA GÜÇ ANAHTARI

1. TRANS MARKA CİHAZA UYUMLU OLMALIDIR
2. ÜZERİNDE KİLİT MEKANİZMASINA SAHİP OLMALIDIR
3. AÇIK KONTAK VE KAPALI KONTAK BAĞLANABİLMELİDİR

  
Ergün YALÇIN  
Biyomedikal Teknikeri

  
Tunca AKDAĞ  
Elek. Elektronik Müh.