

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Sterilizasyon Merkezinde Kullanılan Otoklav Cihazı Ve Yıkama Cihazı İçin Malzeme Alımı(otoklav Yazıcı Modülü Ve Yıkama Kapı Pistonu) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi. teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOKLAV CİHAZI YAZICI MODÜLÜ	1	Adet		
2	YIKAMA CİHAZI KAPI PİSTONU	12	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.06.2020 11:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr


OTOKLAV CİHAZI YEDEK PARÇA ALIMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. OTOKLAV CİHAZI YAZICI MODÜLÜ

1. ALFA NUMERİK 24 KOLONLU YAPIDA OLACAKTIR.
2. BASIM HIZI 30MM/SANİYE OLACAKTIR.
3. 119X119X45,5 MM EBATLARINDA OLACAKTIR.
4. 10-40V DC (ÇALIŞMA VOLTAJİ) OLMALIDIR.
5. ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 - +100°C OLMALIDIR.
6. 50 MM ÇAPLI 60MM GENİŞLİĞİNDE KAĞIT KULLANABİLMELİDİR.
7. YAZICI KARTUŞU DEĞİŞEBİLEN YAPIDA OLMALIDIR.
8. CISA MARKA OTOKLAV CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.

2. YIKAMA CİHAZI KAPI PİSTONU

1. PİSTON DIŞ VE İÇ BÖLME OLARAK ALİMYUM MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2. PİSTON YAN TARAFINDA 4'LÜK HAVA PORTU GİRİŞİ OLMALIDIR.
3. GÖVDEYE SABİTLEMEK İÇİN 3 MM'LİK 4 ADET DELİK OLMALIDIR.
4. PİSTON YÜKSEKLİĞİ 37 MM VE ENİ 34 MM OLMALIDIR.
5. PİSTON İÇ KISMINDA YAYLI VE CONTA GRUBU YER ALMALIDIR.
6. PİSTON İÇ KISMI SEKMSN İLE SABİTLENMELİDİR.
7. PİSTON İÇ YAYLI CONTA GRUBU SABİTLEMEK İÇİN 3 MM' LİK BİR VIDA YERİ OLMALIDIR.
8. PİSTON 4-6 BAR HAVA BASINCI İLE ÇALIŞMALIDIR.
9. CISA MARKA YIKAMA CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.


Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri


Tunca AKDAĞ
Elek. Elektronik Müh.