

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hasta Devresi Yetişkin Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA DEVRESİ YETİŞKİN	750	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.07.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tif:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ANESTEZİ DEVRESİ DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solunum devresi şu bölümlerden oluşmalıdır.
 - a. Birer adet 180 cm'lik inspiryum ve expiryum hatlarını oluşturan Polietilen'den mamül hortum
 - b. Bir adet su tutcu (water trap)
 - c. 1 (bir) adet y konnektör
 - d. Bir adet portlu elbow konnektör
 - e. Bir adet anestezi maskesi no:3-4
 - f. Bir adet anestezi balonu 2 lt.
 - g. Bir adet bakteri filtresi
 - ğ. Bir adet 180 cm'lik limp hattı.
2. Solunum devresi kullanıma hazır, monte edilmiş olmalıdır ve hastanemizde kullanılmakta olan anestezi cihazlarına uyumlu olmalı, kaçağa neden olmamalı, konnektörleri universal standartlarda olmalıdır.
3. Klinik olarak temiz ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
4. Devredeki hortumlar şu özelliklere sahip olmalıdır.
 - a. Nontoksik, apirojen özellikte, dayanıklı, hafif, şeffaf olmalıdır.
 - b. Hortum içinden geçen akıma karşı düşük direnç gösterir özellikte olmalıdır.
 - c. Kullanımda kolaylık sağlayacak şekilde, yeteri kadar esnek olmalı, bükülme ve ezilmelere karşı dirençli olmalıdır.
5. Su tutcu (water trap) şu özelliklere sahip olmalıdır.
 - a. İçinde tek yönlü valf olmalı, hava ve su kaçaklarını tutmalıdır.
 - b. Kapak ve su haznesi emniyetli bir kilit sistemi ile kapatılmış olmalıdır.
 - c. Seti oluşturan hortum yolları en az 22 mm çapında 180-190 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Seti oluşturan hortum yolları en az 200 mm çapında 180-190 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Devreler latex içermemelidir.
8. Devreler steril paketler içerisinde en az iki yıl miyatlı olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ali Hüseyin ÇİĞDEMİR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Teş. No: 107914

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Teş. No: 107914