

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Acil Sedy e Şiltesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDYE ŞİLTESİ	50	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:14.07.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

SEDYE ŐILTESİ TEKNİK ŐARTNAME

- 1- Sedyede Őilte; medikal yatak koruyucu normlarına uygun poliüretan laminasyonlu olmalıdır. PVC esaslı hiçbir madde içermemelidir.
- 2- Sedyede Őilte kılıfı standart bir hastane dezenfektanı ile silinerek dezenfekte edilebilir, en az 80 C de yıkanabilir, sterilize edilebilir olmalıdır.
- 3- Sedyede Őilte kılıfı sıvı geçirilmeme özelliđi sayesinde insan sađlığına zararlı arsenik, ıcad, cadmium, chromium, kobalt, nicel, mercury, antimony gibi kimyasalları barındırmamalıdır.
- 4- Sedyede Őilte kılıfı gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliđine sahip olmalı, kullanıcıyı terletmemelidir.
- 5- Sedyede Őilte dıŐ yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için boydan fermuarlı olmalıdır.
- 6- Sedyede Őiltesinin ebatları 60 cm x 187 cm (+-3) olmalıdır.
- 7- Sedyede Őiltesinin kalınlığı en az 8 cm olmalıdır.
- 8- Sedyede Őiltesinin yoğunluđu en az 22 dns olmalıdır.
- 9- Sedyede Őiltesi Medikal 2000 marka T-800 model sedyelerle birebir uyumlu olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Alim ÇÖKÜK
İlk ve Acil Yardım Uzmanı
Dip. Tes. No : 77450

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Alim ÇÖKÜK
İlk ve Acil Yardım Uzmanı
Dip. Tes. No : 77450