

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Pnömatik Sistemi Arızasının Giderilmesi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PNÖMATİK SİSTEMİ ARIZASI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.07.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

TEKNİK ŞARTNAME

Rapor No: 138/2011

1. Yüklenici SUMETZBERGER yetkili servis olacaktır. Yetki servis belgesi teklif sırasında dosyaya eklenecektir.
2. Tamir edilecek cihaz Seyhan devlet hastanesi Marsa Kadın doğum Hastanesi Laboratuvar birimindedir. Cihazın elektrik beslemesi, güç kaynağı ana makinası, kartları ve bütün istasyonlar – borular kontrol edilecek ve değiştirilmesi gereken her türlü parça liste halinde idaremize sunulacaktır.
3. Yüklenici işe başlamadan önce Marsa teknik birime müracaat edecektir. Teknisyen nezaretinde iş yapacaktır. Çıkan her türlü parça atölyeye teslim edilecektir.
4. Yüklenici ilk önce gerekli her türlü tespitini yapacaktır. Cihaz çalışır halde teslim edilecek ekstradan parça gereksinimi olmayacaktır.
5. Yüklenici mesai saatleri içerisinde tamir ve parça değişimi yapacaktır.
6. Yüklenici cihazı çalıştırdığında teknik servis formu dolduracaktır. Bu formda yapılan her iş kalemi ayrı ayrı yazılacaktır. Ve yapılan her iş en az 6 ay garantili olacaktır. Parçalar ise en az 1 yıl garantili olacaktır.
7. Yüklenici her türlü iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

M.Akif KÖKSAL

Başteknisyen

829 / 26-06-2020

TEKNİK RAPOR

Tarih: 18/06/2020

No:134

Hastanemiz Marsa yerleşkesi Laboratuvarında kullanılmakta olan Sumetzberger marka MP 10 000 model cihaz arızalanmış ve çalışmamaktadır. Yapılan kontrolde cihaz ekranında Error In Path hatası olduğu görülmüştür. Seyhan devlet hastanesi teknik birimden temin edilen power supply takılmış ancak arıza giderilememiştir. Sumetzberger yetkili servisine her şey dahil olarak tamirinin yaptırılması gerekmektedir.

Söz konusu işin hastanemiz teknik Birim imkânlarıyla yapılması mümkün olmadığından piyasadan hizmet alınması ve cihazın tamirinin yapılması gerekmektedir. İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Mustafa YAYLAGÜLÜ

Elektrik Teknisyeni

M. Akif KÖKSAL

Teknik Birim Sorumlusu

Çiğdem AKTAŞ

Müd. Yrd.

Seyhan Devlet Hastanesi
Çiğdem AKTAŞ
Müdür Yardımcısı