

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Derin Dondurucu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|--|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | DERİN DONDURUCU BUZDOLABI, 450 L - 549 L | 2 | Adet | | |
| 2 | BUZDOLABI - SOĞUTUCU ÜNİTELER, DİKEY TİP İLAÇ SAKLAMA DOLABI | 2 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.09.2020 12:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

DERİN DONDURUCU BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşyeri kullanımını için uygun dikey tip NOFROST derin dondurucu olmalıdır.
2. Geniş iç hacmi ile istediğiniz numuneyi saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Çift çalışma fonksiyonu ile istenildiğinde buzdolabı veya derin dondurucu olabilmelidir.
4. Enerji sınıfı A + ile düşük enerji tüketimi olmalıdır.
5. Ani elektrik kesintilerinde 15 saate kadar içindekileri bozulmadan saklamaya devam edebilmelidir.
6. Derin dondurucuyu istenilen soğuklukta çalıştırabilmelidir.
7. Ozon tabakasına zarar vermeyen R600a çevre dostu gaz kullanılmalıdır.
8. İç hacmi net 390 lt, brüt 418 lt olmalıdır.
9. Derin Dondurucu çalışma sıcaklığı -12/-24, Soğutucu çalışma sıcaklığı +2/+8 olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mikrobiyoloji Sorumlusu

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Serhan SEYREK
Dip. Tes. No : 72162
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

DİKEY TİP İLAÇ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek yükleme kapasitesine sahip olmalıdır.
2. Daha etkin soğutma sağlanması için fan sistemli hava dolaşımı olmalıdır.
3. Temperli cam kapı olmalıdır.
4. Otomatik defrost özelliği olmalıdır.
5. Yüksekliği ayarlanabilir ön rotül ayaklar olmalıdır.
6. R600 enerji tasarruflu gaz kullanılmalıdır.
7. Manuel termostat ayarlı olmalıdır.
8. Ayarlanabilir raf aralığı ile opsiyonel fazladan raf kullanımı özelliği olmalıdır.
9. Çalışma sıcaklık aralığı +1/+10 olmalıdır.
10. İç hacmi brüt 358 lt olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Serhan SEYREK
Dip. Tes. No : 72162
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı