

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Kan Taşıma Çantası Talebi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAN TAŞIMA ÇANTASI	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

DİJİTAL TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA ÇANTASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
- 2.Kapakta kilit sistemi olmalıdır. Bu sayede kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
- 3.Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap içine uzayan dijital derecesi olmalıdır. Dijital termometre sayesinde kan taşıma çantası iç sıcaklığı izlenmelidir. Her bir derecenin Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarında teslimden en fazla 1 ay önce kalibre edilmiş olmalı, kurumumuza etiketlenmiş ve sertifikaları ile beraber teslim edilmelidir.
- 4.Çanta içinde kan ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek seperatör sistemi olmalıdır. Seperatörler hava sirkülasyonun sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.
- 5.Çantanın yan taraflarında 'Kan Taşıma Çantası' ibaresi yer alan kırmızı renk zemine beyaz karakterlerle yazılmış etiket olmalıdır .Etiket suya dayanıklı selefon ile kaplı olmalıdır. Bu sayede etiket yazıları silinmemelidir. Etiket kolayca çıkmamalı, yapıştırma ya da tespiti sağlam olmalıdır.
- 6.Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
- 7.Taşıma çantası rengi mavi veya kırmızı olmalıdır.
- 8.Kan taşıma çantasının-dışı sert plastikten, darbelerde ve düşmelerde kan ürünlerini koruyacak şekilde dayanıklı malzemedен üretilmiş olmalıdır.
- 9.Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla kolay bir şekilde temizliği yapılabilir olmalıdır.
- 10.Hacmi en az 6 litre olmalıdır.
- 11.Dış ölçüleri en az 28x21x30 cm olmalıdır.
- 12.Kan ve kan ürünleri taşınmasına uygun olmalıdır.
- 13.Buz aküleri ile birlikte kullanmaya uygun olmalıdır. Her çanta ile beraber çanta içerisindeki bölmelere sığacak büyüklükte ücretsiz 4 adet verilmelidir.
- 14.Her ürün ile birlikte en az 10 adet aktivatör düğmeli ve seri numaralı soğuk zincir indikatör etiketi ücretsiz olarak verilmelidir.
- 15.İstem yapılan çanta yerli üretim olmalıdır.
- 16.Üretim hatalarına karşı 2 yıl üretici garantisi altında olmalıdır.
- 17.Ürün ünitelerde kullanılabilirliği test edilerek karar verilecektir.

Atle Chen
[Signature]

Yurdur Ak
[Signature]