

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Prc Laboratuvarı Biogüvenlik Kabinine Bakım Yapılması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|----------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | BİO GÜVENLİK KABİNİ BAKIMI | 1 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:16.10.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

14.10.20/1230

Biyogüvenlik Kabini Filtre Seti ve Genel Bakım

Teknik Şartnamesi

- 1) Cihazda kullanılacak ana filtre; EN 1822 normuna uygun H14 sınıfı sertifikalı Hepa Filtre olmalıdır.
- 2) Filtre alüminyum kasalı olmalıdır.
- 3) Filtreler NÜVE MN90 model kabine uyumlu olmalıdır.
- 4) Kabinin aç kapa anahtarı değiştirilecektir.
- 5) Filtrelerin tüm testlerinin yapıldığına dair belgesi olmalıdır.
- 6) Cihazın tüm dijital göstergeleri kontrol edilecektir.
- 7) Filtre seti değişimi sırasında cihazın tüm genel bakımları yapılacaktır.
- 8) Bakım – onarım ve filtre değişimleri için gerekli her türlü malzemeyi ve aleti yüklenici firma temin edecektir.
- 9) Kabinin filtre değişimleri, kalibrasyonu ve genel bakımı yapıldıktan sonra ölçünleri yapılacaktır.
- 10) Değişecek yedek parça ve sarf malzemeler cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını değiştirmeyecektir.
- 11) Bakım – onarım hizmeti cihazın bulunduğu birim personelinin gözetiminde yapılacak ve birim sorumlusu onaylı servis formu teslim edilecektir.
- 12) Cihazın fiziksel kontrolleri yapılarak varsa aksaklıkları giderilecektir.
- 13) Servis hizmeti sonunda cihazın çalışma performans testleri yapılarak (hava hız ölçümü, partikül ölçümü vb.) rapor halinde birim sorumlusuna teslim edilecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYRAÇ
Baş Teknisyen