

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Diş Aleti Mekanik Aksam işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No   | MALZEME ADI           | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|-----------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1      | PİYASEMEN FREZ TUTUCU | 1       | Adet   |              |              |
| Toplam |                       |         |        |              |              |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.10.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ

KLİNİK PİYASEMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Frezler, kilitli çevirme sistemiyle takılıp çıkarılmalıdır.
- Tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 1:1 hız aktarımı oranına sahip olmalıdır.
- Ağırlığı en fazla 78 gr olmalıdır.
- 2,35 mm çaplı frezlerle kullanılabilmelidir.
- 40,000 devir motorlarla kullanılabilmelidir.
- Kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.134C buhar otoklavında steril edilebilmelidir. Ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
- Termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
- Başlığı üzerinde gerekli görülen CE TSE ve kalite standartları yanı sıra markası modeli silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
- Cihaz üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- PİYASEMEN hastanemizde bulunan cihazla uyumlu olup olmadığı denendikten sonra en az 5 iş günü kullanımından sonra faal raporu düzenlenecektir.
- Cihaza uygun olmayan PİYASEMEN kabul edilmeyecektir.
- Cihaz içten sulu olmalıdır.

Tayfun DAMAKSIZ  
Biy. Med. Tekn.

Zafer DAVARCI  
Teknisyen

Yakup BALIK  
Teknik Sorumlusu

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ  
İsa KARATİKEN  
Biy. Med. Tekn. Sorumlusu