

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Meydan Mac 2000 Ekg Cihazı İçin Kağıt VE MAGIC LOGİA KÜVÖZ BAKTERİ FİLTRESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM	350	Adet		
2	KÜVÖZ HAVA - BAKTERİ FİLTRESİ (MAGIC LOGGİA)	250	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.10.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## Kuvöz Hava Filtresi Teknik Şartnamesi

1. Ertunç Özcan marka, Magic Loggia model kuvöze uyumlu olmalıdır.
2. Filtre, ortamda bulunan gözle görülmeyen toz ve mikro organizma partiküllerinin kuvöz içine girişini engellemek amacıyla 0,30 - 0,50 mikronluk porlara sahip olmalıdır.
3. Filtre %95 oranında partikül tutma oranına sahip olmalıdır.
4. Boyutları 14x8cm olmalı ve hiçbir revizyon gerekmeden kuvözün filtre yerine takılabilmelidir.
5. Filtre etrafında çerçeve şeklinde muhafaza (karton, sünger, silikon vb.) bulunmalıdır.
6. Filtreler hava almayan kapalı ambalajında olmalıdır.
7. Ürünler CE belgeli (self deklarasyon da olabilir) olmalıdır.
8. Filtrenin ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
10. Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri mutlaka bulunmalıdır.

Seyhan Bayraktar  
Tic. Sic. No: 164730  
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Uzmani  
Tz. Dr. Fehriye Deyimli  
TARİHİ: 16.05.2024  
İmza

**EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM  
(GE HELTHCARE MAC 2000 MARKA EKG CİHAZI UYUMLU)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. EKG kağıdı GE marka MAC 2000 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Kağıdın ölçüleri 210mm eninde 295mm boyunda Z katlamalı olmalıdır.
3. EKG kağıdı en az 100 sayfa olmalıdır.
4. EKG kağıdı milimetrik baskılı termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
5. Kağıt kullanılacak cihazın kafasına zarar vermemelidir.
6. Sensör noktaları yazı yönüne olmalı ve kesinlikle silik olmamalıdır.
7. Numune bölümde denenerek uygunluk alınacaktır.
8. Ürün UBB kayıtlı olmalıdır.

**Bülent YELİŞOĞLU**  
Tasınır Kayıt Yetkilisi

